

CHIARIMENTI SU

PROCEDURA APERTA DELLA FORNITURA, IN NOLEGGIO, DI SISTEMI

TERAPEUTICI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE

E CURA DELLE ULCERE DA PRESSIONE

(ANTIDECUBITO)

CIG 657416870D

GURI n. 14 del giorno 05/02/2016.

TERMINE DI SCADENZA DELLE OFFERTE 5 aprile 2016

TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI 23 marzo 2016

TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DI CHIARIMENTI 29 marzo 2016

- 1) Nel'allegato A al Capitolato Speciale" – Lotto 2 si specifica che: ".....il sistema dovrà essere costituito da materasso, unità di _i elastico," e "...I tempi di _i elastico con paziente non dovranno superare .. ." e "L'unità di i_e lastico deve essere priva" e "i_e lastico che riduca l'attrito evitando"; si richiede di indicare i termini conetti in sostituzione della parola i_e lastico.

RISPOSTA: SI RIPORTA LA DESCRIZIONE RELATIVA AL LOTTO N. 2, RETTIFICATA NELLE PARTI EVIDENZIATE.

*Il sistema dovrà essere costituito da materasso, unità di **gonfiaggio**, tubo di raccordo, telo di copertura.*

Dovrà essere composto da almeno 20 celle di altezza non inferiore a 12 cm e da un sistema che, in assenza di alimentazione, impedisca al paziente di venire a contatto con il piano rigido del letto.

*Il sistema dovrà garantire efficacia su pazienti di peso compreso tra un range di 30/150kg di portata terapeutica, considerando che detta forbice può aumentare ma non diminuire e dovrà essere adattabile alle varie posture del paziente e ai movimenti articolati del letto. I tempi di **gonfiaggio** con paziente non dovranno superare i 30 minuti.*

Il meccanismo a garanzia del CPR nella zona toracica si effettua in un tempo non superiore a 10" tramite dispositivo facilmente attivabile e ben visibile ed è garantito anche nella funzione trasporto.

Presenza di sezioni differenziate per la gestione dei vari distretti corporei ed in particolare speciale sezione a protezione della zona talloni.

Il sistema dovrà essere dotato di funzione trasporto con il permanere dell'allineamento posturale del paziente per almeno 2 ore.

*L'unità di **gonfiaggio** deve essere priva di vibrazioni e a bassa rumorosità.*

Presenza di sezioni differenziate per la gestione dei vari distretti corporei ed in particolare speciale sezione a protezione della zona talloni.

Il telo di copertura deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- *totalmente impermeabile ai liquidi, permeabile al vapore per prevenire la macerazione;*
- *di materiale anallergico, antibatterico, antimicotico e ignifugo;*
- *dotato di cerniera e/o sistemi di adesione al materasso che evitino infiltrazioni di essudati, urine, nella parte sottostante;*
- *facilmente intercambiabile;*
- ***blelastico** che riduca l'attrito evitando le forze di taglio e frizione;*
- *lavabile e disinfettabile;*
- *autoclavabile e/o sterilizzabile.*

Il compressore deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- *pannello di controllo con comandi semplici e ben visibili dotato di allarmi;*
- *istruzioni semplici e chiare in lingua italiana o con pittogrammi*
- *manuale d'uso in lingua italiana in formato cartaceo ed elettronico;*
- *provvisto di sistemi di ancoraggio al letto;*
- *silenziosità, privo di vibrazioni, di dimensioni e peso ridotti*
- *Il compressore deve avere ganci o altro sistema che permetta un facile e stabile ancoraggio alle sponde o alle pediere del letto*
- *assenza di sporgenze rigide. Connettori semplici e sicuri e non a contatto con la persona*
- *dotati di allarme acustico e/o visivo in grado di segnalare anomalie nel funzionamento*

2) A pag. 27 del disciplinare di gara, per il lotto 2 , i punti totali previsti per le caratteristiche tecniche sono pari a 20, ma la somma dei punti indicati è pari a 22. Si chiede di chiarire quali siano i punteggi parziali corretti.

RISPOSTA: I PUNTEGGI CORRETTI SONO QUELLI RIPORTATI – PER TALE PARAMETRO, PER IL LOTTO N. 1 E CHE ANDRANNO A SOSTITUIRE QUELLI DEL LOTTO N. 23, PER IL MEDESIMO PARAMETRO.

3) A pag. 5 art. 1 del disciplinare di gara sono quantificati in € 710,00 i costi per evitare i

rischi di interferenza, mentre a pag. 24 ati. 2 dello stesso disciplinare, relativamente alla compilazione del modulo dell'offerta economica, è indicato: "Si rammenta che il costo relativo agli oneri della sicurezza per rischi da interferenza è pari a € 0". Si chiede di indicare quali sono i costi corre relativamente ai rischi da interferenza.

RISPOSTA: I COSTI DA INTERFERENZA SONO QUELLI RIPORTATI NEL DUVRI, OVVERO PARI AD € 710,00.