

Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, di durata quadriennale, per la fornitura, in conto deposito, di “Defibrillatori impiantabili e dispositivi ad essi connessi” occorrenti all’UTIC della ASL di Pescara.

CPV: oggetto principale: 33182200

CIG:6572371C1D

Scadenza: 13 APRILE 2016

Termine per la ricezione delle richieste di chiarimenti 6 APRILE 2016

Termine per la pubblicazione dei chiarimenti 7 APRILE 2016

GURI n. 17 del 12/02/2016

CHIARIMENTI

- 1. In riferimento ai lotti 11 e 12 e in particolare alla richiesta “Disponibilità di catetere da defibrillazione con coil rivestiti in PTFE per facilitare l’estrazione” si chiede conferma che la richiesta si riferisce alla presenza di una guaina in ePTFE che riveste interamente il coil da defibrillazione in modo che non ci sia alcun contatto della superficie con il sangue;**

RISPOSTA: SI CONFERMA

- 2. In riferimento ai lotti 11 e 12 e in particolare alla richiesta “Compatibilità MRI total body a 1,5T senza limitazioni di tempo per modello quadripolare” si chiede conferma che la compatibilità MRI deve essere garantita con elettrocateteri da defibrillazione a fissaggio attivo e passivo, per una più ampia possibilità di scelta da parte dell'operatore durante l'impianto;**

RISPOSTA: SI CONFERMA

- 3. In riferimento al disciplinare di gara – pagina 18 – offerta tecnica – punto 3) “...Copia controfirmata della certificazione CE (per i prodotti non sterili); per i prodotti sterili, copia della certificazione rilasciata da un organismo notificato...”; si chiede conferma in merito alla possibilità di omettere la suindicata documentazione, inserendo al suo posto dichiarazione che i documenti richiesti sono disponibili nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici e fornendo per ogni prodotto il rispettivo numero di iscrizione al sito del Ministero e della relativa classe CND.**

RISPOSTA: SI CONFERMA