

RETTIFICHE E PROROGA TERMINI

In relazione ai quesiti, e alle risposte sotto riportate:

- Al punto : 1.1.1.4 del capitolato tecnico, è richiesto un 1.1.1.3. Sistema di scansione ed acquisizione, che disponga di una “ Velocità di rotazione minimo su 360° non superiore a 0,30 sec.”, escludendo, in tal modo un importante competitor.
- Al punto : 1.1.1.3 del capitolato tecnico, è richiesto un Generatore di alta tensione e tubo radiogeno, che disponga di una “ Potenza utile effettiva (non equivalente) non inferiore a 80 kW”, escludendo, in tal modo un importante competitor.

è stato verificato l'insussistenza delle condizioni che ne avevano determinato l'accoglimento e, conseguentemente, le rettifiche al capitolato.

Pertanto, questa stazione appaltante annulla le rettifiche apportate e ripristina i valori originari, sotto riportati:

- “Velocità di rotazione minimo su 360° non superiore a 0,3 sec.”,
- “Potenza utile effettiva (non equivalente) non inferiore a 80 kW”,

Contestualmente, i termini di presentazione delle offerte, e relativi termini di richiesta e pubblicazione delle offerte, vengono prorogati come segue:

- Termine di presentazione delle offerte: 28 dicembre 2016
- Termine scadenza RICHIESTA CHIARIMENTI: 19 dicembre 2016
- termine scadenza pubblicazione chiarimenti: 21 dicembre 2016