

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PESCARA  
OSPEDALE CIVILE "SPIRITO SANTO" di Pescara

Via P. Paolini, 47.  
65100 Pescara



Al Direttore

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella

Prot. 107/16

Oggetto: procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, uno per ciascun lotto di gara, di durata triennale, per la fornitura di "lentine intraoculari ed altro materiale per oculistica" della ASL di Pescara. CIG 6314688DA0. – rivalutazione lotto 20.

Con la presente relazione, la commissione tecnica, nominata dal DG come da comunicazione prot.692/ ABS del 23/10/2015 e formata dai sottoscritti dottori Modesto Lanci (presidente), Serena Corridoni, Angela Patrizia D'Aurelio, procede all'esame delle osservazioni formulate dalla Ditta Betatex avverso la sua esclusione dal Lotto n. 20. La Commissione verifica che, effettivamente, in corso di gara erano stati forniti due chiarimenti, legittimanti la possibilità che:

- il telo presente nel kit fosse "privo di tasca",
- che in alternativa all'ago da 19 G potesse essere proposto un "bastoncino a sigaretta".

Pertanto, la Commissione, a rettifica di quanto precedentemente ritenuto sulla base del capitolato di gara ( e non dei chiarimenti), riammette la Ditta Betatex ed anche la Ditta ESAFARMA, esclusa per la mancanza del telo, questione, come visto, superata dal contenuto del chiarimento fornito durante la pubblicazione della gara.

Ciò stante, si passa alla valutazione tecnica dei dispositivi offerti, sulla base dei criteri di valutazione previsti dal Disciplinare di gara per tale lotto.

I punteggi e le relative motivazioni si riportano nella tabella allegata.

Distinti saluti

Il presidente della Commissione

Pescara, 14/07/2016

E - mail : [oculisticapescara@virgilio.it](mailto:oculisticapescara@virgilio.it)  
FAX : 085 425 29 52

LOTTO n. 20 – Custom pack per iniezioni intravitreali

Beta tex srl	
Materiale , forma e dimensioni	coeff. 0.25
Facilità di utilizzo	0.7
Valutazione clinica	0.25
Confezionamento	0.75

La Ditta Betatex offre:

- il bastoncino anziché l'ago, soluzione ammessa ma inferiore per qualità
- un telo senza sacca: soluzione ammessa ma inferiore per qualità
- le pinze offerte, pur risultando del tipo richiesto, sono traumatizzanti nelle manipolazioni chirurgiche; egualmente il blefarostato non è ergonomico e non può essere usato su tutti gli occhi da trattare.

Giudizio: Idoneo

Esafarma srl	
Materiale , forma e dimensioni	coeff 0.25
Facilità di utilizzo	0.7
Valutazione clinica	0.25
Confezionamento	0.75


La Ditta Esafarma offre

- un telo senza sacca: soluzione ammessa ma inferiore per qualità;
- il misurino è poco leggibile

Giudizio: Idoneo

Dott. Modesto Lanci 

Dott.ssa Serena Corridoni 

Dott.ssa Angela Patrizia D'aurelio 

Pescara, 14/07/2016