



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio  
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio  
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. [www.dimsrl.it](http://www.dimsrl.it) - mail: [dimsrl@tin.it](mailto:dimsrl@tin.it)  
Assistenza Tecnica  
**Beghelli**  
Per la tua tranquillità  
la nostra tecnologia

Spett.le  
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio  
Via Paolini 68  
65124 PESCARA  
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 20 giugno 2024  
OGGETTO: Estratto conto lavori CARDIOLOGIA

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
19-20/06/24	SISTEMA CHIAMATA	CARDIOLOGIA RICHIESTA MAIL DEL 20/06/2024	<b>INTERVENTO DEL 19/06/24</b> INSTALLAZIONE GRUPPO CONTINUITÀ N. 3,5 MANODOPERA APPLICATA <b>INTERVENTO DEL 20/06/24</b> N. 02 SWITCH POE 8P N. 01 MANODOPERA	620,00 122,50 266,00 35,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				<b>1.043,50</b>

CARDIOLOGIA-UTIC





**DIM S.r.l.** via U.Foscolo n° 35  
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: [www.dimsrl.it](http://www.dimsrl.it) e-mail: [dimsrl@tin.it](mailto:dimsrl@tin.it) Tel. 085291152  
c.f./p.iva n°01453210682, Trib PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



**Impianti e Sistemi di Sicurezza,  
di Automazione, Elettronici,  
Telefonici, Telematici, Manutenzione**

**Assistenza Tecnica  
Beghelli**

## SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

RICHIESTA N. 514/008 DATA RICHIESTA 19/06/2024 COD. CLIENTE 477

ISTRUZIONI  
CARDIOLOGIA

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO 20/06/2024	ORA PARTENZA	DATA INIZIO 2° INTERVENTO	ORA PARTENZA
DATA FINE 1° INTERVENTO 20/06/2024	ORA RIENTRO	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO
TECNICI ESECUTORI Pierluigi M.	TOT. ORE	TECNICI ESECUTORI	TOT. ORE
KM. PARTENZA KM. RIENTRO	KM. PARTENZA	KM. RIENTRO	TOT. KM. TARGA

CAUSALE INTERVENTO

Intervento di sostituzione custodia

1) INTERVENTO ESEGUITO

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
02		INSTALLAZIONE UPS		
01		Switch Power 8P/10-100-1000	133,00	266,00
		TRANSFORMER		35,00
		20/06/24		
		TOT.IMPONIBILE	TOT.IVA	TOTALE EUR
		301,00		

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTR )

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

FIRMA

ASL Pescara - Penne - Popoli  
UOC Cardiologia con UTIC  
P.O. Pescara

**Oggetto:** RE: Fwd: I: CARDIOLOGIA con UTIC - I campanelli pazienti per chiamata infermieri NON SONO FUNZIONANTI O MAL FUNZIONANTI

**Mittente:** Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

**Data:** 20/06/2024, 16:45

**A:** Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>, nicola.cifaratti@asl.pe.it

**CC:** antonio.busich@asl.pe.it, Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>, Venanzio Dell'Orso <dimsrl.nanzio@gmail.com>

### Notifica d'intervento

Buonasera Ing. Lo Mele,  
la informo che abbiamo provveduto al ripristino funzionale dell'impianto.



I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

-- ----- Messaggio originale -----

Da: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 20/06/24 10:37 (GMT+01:00)

A: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Cc: nicola.cifaratti@asl.pe.it, Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>, Venanzio Dell'Orso <dimsrl.nanzio@gmail.com>

Oggetto: RE: Fwd: I: CARDIOLOGIA con UTIC - I campanelli pazienti per chiamata infermieri NON SONO FUNZIONANTI O MAL FUNZIONANTI

Buongiorno Ing. Lo Mele

la informiamo che nella giornata di ieri abbiamo provveduto all'installazione di un gruppo di continuità a sostegno del Server, questa mattina è prevista la sostituzione dello switch a servizio del nodo di rete presente, in ultimo la informiamo che durante le attività svolte nel pomeriggio di ieri siamo riusciti a riconfigurare il monitor centrale dell'UTIC, sostituendo la mini scheda di rete presente al suo interno, così evitando la sostituzione integrale come previsto dai precedenti accordi.

Provvederemo ad eseguire i necessari aggiornamenti sull'andamento delle attività al fine di evitare disagi.

Restano a disposizione salutiamo.





**Luca Dell'Orso**  
dimsrl.luca@gmail.com  
+ 39 085 - 291152  
Numero Verde  
**800 998575**

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 20/06/24 09:40 (GMT+01:00)

A: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Oggetto: Fwd: I: CARDIOLOGIA con UTIC - I campanelli pazienti per chiamata infermieri NON SONO FUNZIONANTI O MAL FUNZIONANTI

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**I: CARDIOLOGIA con UTIC - I campanelli pazienti per chiamata infermieri NON SONO FUNZIONANTI O MAL FUNZIONANTI

**Data:**Thu, 20 Jun 2024 06:55:31 +0000

**Mittente:**Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

**A:**Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>



D'ordine

**La Segreteria**

*Dott.ssa Arianna Iacone*

**U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA**

Tel. 085.425.3109

**Da:** Nicola Cifaratti <nicola.cifaratti@asl.pe.it>

**Inviato:** giovedì 20 giugno 2024 08:45

**A:** Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

**Cc:** Massimo Di Marco <massimo.dimarco@asl.pe.it>

**Oggetto:** CARDIOLOGIA con UTIC - I campanelli pazienti per chiamata infermieri NON SONO FUNZIONANTI O MAL FUNZIONANTI

**Prirrità:** Alta

Gentilissimo Ing. Lo Mele,

con la presente Le chiedo di attivare l'assistenza, per l'UOC di CARDIOLOGIA con UTIC, ai campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI O MAL FUNZIONANTI (ACUSTICAMENTE E VISIVAMENTE) in tutti i sedici

posti letto UTIC e i ventidue della CARDIOLOGIA (continui allarmi sui monitor di servizio), pertanto siamo quasi isolati totalmente.

Cordiali saluti.

Dot . Nicola Cifaratti  
Coordinatore Infermieristico  
UOC Cardiologia con UTIC e Cardiologia Interventistica  
1 piano ALA EST  
P.O. di Pescara  
Phone: +39 085/425.2675  
Phone: +39 329/36.66.571  
Mail: [nicola.cifaratti@ausl.pe.it](mailto:nicola.cifaratti@ausl.pe.it)

— Allegati: —

---

signature\_logo mail luca(1).jpg

0 bytes