



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4793348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica



Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 04 giugno 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori STROKE

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
04/06/24	SISTEMA CHIAMATA	STROKE STANZA 7 RICHIESTA MAIL DEL 03/06/2024	VERIFICA FUNZIONAMENTO N. 1,5 MANODOPERA APPLICATA	52,50
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				52,50





DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



**Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione**

Assistenza Tecnica

Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

RICHIESTA N.

403/008

DATA RICHIESTA

03/06/2024

COD. CLIENTE

477

TIPO IMPIANTO

CHIAMATA 10F.

CODICE IMPIANTO

ISTRUZIONI

STROKE

UBICAZIONE

STAGIA 7

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

04/06/2024

ORA PARTENZA

12.00

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

12.30

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

NON ESIGUE IL RESET A SEGUITO DI CHIAMATA

1) INTERVENTO ESEGUITO

Verificato funzionamento PUNTO RESET; RIPRISTINATA CONTINUITA' CONTROLLORI

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
		SISTEMA CHIAMATE STANZA 7 LETTO 14 RICHIESTA MAIL DEL 03/06/2024		
		GIST. CO. 04/06/24 OTC A FO		
			TOT.IMPONIBILE 57,50	TOTALE EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

IL TECNICO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFEI MANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDIS ATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L 675/96

ASL DI PESCARA

U.O.C. NEUROLOGIA D'URGENZA

E STROKE UNIT

Oggetto: RE: Fwd: manutenzione

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 04/06/2024, 11:51

A: : stroke.po.pescara@asl.pe.it, Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>, Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>

CC: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Notifica d'intervento

Buongiorno,

Informiamo che abbiamo provveduto al ripristino.

Saluti



Luca Dell'Orso
dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 03/06/24 10:43 (GMT+01:00)

A: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Oggetto: Fwd: manutenzione

----- Messaggio inoltrato -----

Oggetto: manutenzione

Data: Mon, 3 Jun 2024 08:41:21 +0000

Mittente: Stroke.Po.Pescara Stroke.Po.Pescara <stroke.po.pescara@asl.pe.it>

A: dimsrl.segreteria@gmail.com <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Si richiede manutenzione per ripristino campanello stanza 7, letto n° 14