



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica
Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 12 luglio 2024
OGGETTO: Estratto conto lavori OTORINO

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
12/07/24	SISTEMA CHIAMATA	OTORINO RICHIESTA MAIL DEL 11/07/24	RIPRISTINO STANZA 1 N. 01 SUPPORTO 3M+VITI N.02 PULSANTE 1P NO 10A n. 01 spia diffusore bianco n. 01 placca 3m bianco n. 01 coperchio cieco a vite x scatola n. 01 unita' segnalazione led 12-24v 0,1w n. 02 Manodopera	1,90 11,80 6,80 3,50 1,10 11,50 70,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				106,60



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http. www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f.p.iva n°01453210682, Trib.PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica
Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CHIRURGIA INFERN

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

OTORINO 4° P. Stanza 1

RICHIESTA N.

607/08

DATA RICHIESTA

COD. CLIENTE

477

ISTRUZIONI

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

12/07/2024

ORA PARTENZA

22.30

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

12/07/2024

ORA PARTENZA

15:00

DATA FINE 1° INTERVENTO

//

ORA RIENTRO

23.30

DATA FINE 2° INTERVENTO

//

ORA RIENTRO

16:00

TECNICI ESECUTORI

BEU'ORSO WCA

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

BEU'ORSO WCA

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

RESET STANZA 1 DOO UTICILIABILE

1) INTERVENTO ESEGUITO

RIPIRISTINO TEMPORANEO PULSAUTE AL RESET; IN CONCLUDERE

CON LA SOSTITUZIONE DELLA PULSA PORTA FRONTI

2) INTERVENTO ESEGUITO

SOSTITUZIONE PULSA RESET INGRESSO STANZA

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☐ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA*	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO		
01		SUPPORTO 3MOD. PLIVA VIMAR		1,90
02		PULSAUTE PLIVA VIMAR	5,90	11,80
01		FRONTO SPA PLIVA VIMAR		6,80
02		LED SPA ROSSO PLIVA VIMAR		11,50
01		PULSA 3MOD. VIMAR PLIVA		3,50
01		TAPPO CIECO DA SCHE 3MOD.		1,10
02		PLIVA VIMAR	35,00	70,00
TOT. IMPONIBILE			TOT. IVA	TOTALE
106,60				EUR

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

IL TECNICO

UNITA OPERATIVA D.

OTORINO LARINGO OATR

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

AUSL PE

Oggetto: RE: Fwd: Guasto campanello reparto Orl ospedale Pescara
Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>
Data: 11/07/2024, 23:16
A: vincenzo.lomele@asl.pe.it, arianna.iacone@asl.pe.it
CC: mg.petrone@asl.pe.it, Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Buonasera

Informiamo che abbiamo provveduto al ripristino temporaneo del pulsante reset, provvediamo all'approvvigionamento del ricambio per rendere il ripristino definitivo.

Saluti



Luca Dell'Orso
dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: DIM srl Segreteria <dimsrl.segreteria@gmail.com>
Data: 11/07/24 23:14 (GMT+01:00)
A: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>
Oggetto: Fwd: Guasto campanello reparto Orl ospedale Pescara

----- Forwarded message -----

Da: **Maria Grazia Petrone** <mg.petrone@asl.pe.it>
Date: Gio 11 Lug 2024, 18:30
Subject: Guasto campanello reparto Orl ospedale Pescara
To: dimsrl.segreteria@gmail.com <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Invio segnalazione per guasto pulsante campanello a muro stanza 1 , piano 4 ala est, reparto Orl ospedale civile di Pescara . Grazie