



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Casaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica

Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le
Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 29 agosto 2024 UTIC

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
29/08/24	SISTEMA CHIAMATA	UTIC RICHIESTA MAIL DEL 29/08/24	SOSTITUZIONE UPS N. 05 ACCUMULATORE N. 4,5 MANODOPERA	265,00 27,50 157,50
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				450,00



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



**Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione**

Assistenza Tecnica

Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

RICHIESTA N. 698/008 DATA RICHIESTA 29/08/2024 COD. CLIENTE 477

ISTRUZIONI

UTIC ALA EST STANZA 5-9

NOTE CLIENTE

DATA INIZIO 1° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA INIZIO 2° INTERVENTO

ORA PARTENZA

DATA FINE 1° INTERVENTO

ORA RIENTRO

DATA FINE 2° INTERVENTO

ORA RIENTRO

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

TECNICI ESECUTORI

TOT. ORE

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

KM. PARTENZA

KM. RIENTRO

TOT. KM.

TARGA

CAUSALE INTERVENTO

1) INTERVENTO ESEGUITO

CONTROLO SISTEMA, SOSTITUZIONE BATTERIE AL PULSANTE A NEGO CARICO 7-5 E 9 AL WC CANTIERE
ED AL VANTO 10 CANTIERE 7 (UTIC) SOSTITUZIONE GRUPPO UPS 850VA AUTORESET

2) INTERVENTO ESEGUITO

TIPO DI MANUTENZIONE:

☐ ORDINARIA

☒ STRAORDINARIA

☐ ADEGUATIVA

☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
05		SISTEMA CHIAMATE		
01		RICHIESTA MAIL DEL 29/08/2024		
4,5	COSSID80E0S	PILA LI-10W A BATTERIE	5,50	24,50
		UPS 800VA/500W		265,00
		GRUPPO UPS	35,00	157,50
		29/08/24		
TOT.IMPONIBILE			TOT.IVA	TOTALE EUR
610,00				

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma

IMPIANTO ☒ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNAO: ☒ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/A DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

IL TECNICO

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

DATA

PESCARA - P.O. PESCARA
U.O.C. di CARDIOLOGIA
ASL PESCARA
P.O. SPIRITO SANTO PESCARA
Unità Operativa Complessa
CARDIOLOGIA - UTIC

Oggetto: I: UTIC - I campanelli pazienti per chiamata infermieri NON SONO FUNZIONANTI

Mittente: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Data: 29/08/2024, 08:30

A: Segreteria DIM srl <dimsrl.segreteria@gmail.com>



D'ordine

La Segreteria

Dott.ssa Arianna Iacone

U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA

Tel. 085.425.3109

Da: Nicola Cifaratti <nicola.cifaratti@asl.pe.it>

Inviato: giovedì 29 agosto 2024 08:18

A: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Cc: dimsrl.luca@gmail.com; Massimo Di Marco <massimo.dimarco@asl.pe.it>

Oggetto: UTIC - I campanelli pazienti per chiamata infermieri NON SONO FUNZIONANTI

Priorità: Alta

Gentilissimo Ing. Lo Mele,

con la presente chiedo l'assistenza ai campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI (stanza 5 e 9) presso UTIC (1 piano ALA EST), pertanto i posti letto sono isolati totalmente.

Cordiali saluti.