



Fornitura – Installazione – Manutenzione di: Impianti di Allarme Antifurto Teleassistiti ed Antincendio
Impianti TVCC e Videocontrollo – Armadi di Sicurezza – Cassaforti – Porte Blindate – Automatismi per Cancelli, Portoni e Serrande, Porte Automatiche – Controllo Accessi – Cablaggio
Strutturato – Apparecchiature per Reti.

Tel. 085 291152 - Fax 085 4293348 - web. www.dimsrl.it - mail: dimsrl@tin.it



Assistenza Tecnica

Beghelli

Per la tua tranquillità
La nostra tecnologia

Spett.le

Azienda Asl Uff. Gestione Patrimonio
Via Paolini 68
65124 PESCARA
C.A. Ing. LO MELE

Pescara, 13 dicembre 2023
OGGETTO: Estratto conto lavori Cardiologia

Data Intervento	Tipo impianto	Ubicazione	Lavorazione eseguita	Importo
12-13/12/23	SISTEMA CHIAMATA	CARDIOLOGIA RICHIESTA MAIL 12/12/23	SOSTITUZIONE BATTERIA LETTI 7-9-15-16 N. 03 MANODOPERA APPLICATA	22,00 105,00
TOTALE LAVORAZIONE IVA ESCLUSA				127,00



DIM S.r.l. via U.Foscolo n° 35
65121 PESCARA Fax 0854293348

http: www.dimsrl.it e-mail: dimsrl@tin.it Tel. 085291152
c.f./p.iva n°01453210682, Trib. PE n°75395, CCIAA n°319793, REA n°97497



Impianti e Sistemi di Sicurezza,
di Automazione, Elettronici,
Telefonici, Telematici, Manutenzione

Assistenza Tecnica

Beghelli

SCHEDA DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE

CLIENTE

AZIENDA-A.USL PE-UFF.GEST.PATRIM

VIA R. PAOLINI N. 68

65124 PESCARA

PE

TELEFONO

FAX

TIPO IMPIANTO

CAMERA INF.

CODICE IMPIANTO

UBICAZIONE

CARDIOLOGIA UTIC

RICHIESTA N.	DATA RICHIESTA 8/9/2023	COD. CLIENTE 477	TIPO IMPIANTO CAMERA INF.	CODICE IMPIANTO
ISTRUZIONI				
NOTE CLIENTE				

DATA INIZIO 1° INTERVENTO 12/12/2023	ORA PARTENZA 17.00	DATA INIZIO 2° INTERVENTO 13/12/2023	ORA PARTENZA 17.00
DATA FINE 1° INTERVENTO	ORA RIENTRO 18.00	DATA FINE 2° INTERVENTO	ORA RIENTRO 19.00
TECNICI ESECUTORI		TECNICI ESECUTORI	
TOT. ORE		TOT. ORE	
KM. PARTENZA	KM. RIENTRO	KM. PARTENZA	KM. RIENTRO
TARGA		TARGA	

CAUSALE INTERVENTO

Punto CAMERA NON FUNZIONANTE

1° INTERVENTO ESEGUITO

L'IMPIANTO SEGUALA CAMERA 7 E CAMERA 9; PORTATO AD AVERE LO

POSSIBILITA' DI IDENTIFICARE IL LENO DEVOTO ESSERE SOSTITUITO TUTTE LE

BORGHE DELLE CAMERATE PRESENTI NELLE QUE STANTE; SOSTITUITI LENO TELEFONO 9

2° INTERVENTO ESEGUITO

INTERVENTO DA CONCLUDERE.

1° INT. SOSTITUITI ACCUMULATORI LENO 18 e LENO 15

P. VITULLI
V.M.

TIPO DI MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☒ STRAORDINARIA ☐ ADEGUATIVA ☐ GARANZIA

RIF. RICHIESTA

QTA'	CODICE	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	TOTALE
n° 4 n° 3		CONTROLLARE FUNZIONAMENTO ACCUMULATORI PUNTO SOSTA REGISTRATO PROTEZIONE	5,50 13/12/23	22,00 107,00
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IVA	TOTALE EUR
		177,00		

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma _____

FIRMA DELL'UTENTE per accettazione degli orari e dell'intervento eseguito in data:

Firma _____

IMPIANTO ☐ IDONEO ☐ NON IDONEO AL REGOLARE FUNZIONAMENTO

☐ ALTRO _____

L'IMPIANTO E' STATO RICONSEGNA TO: ☐ ATTIVO ☐ NON ATTIVO

CONFERMANDO L'EFFETTIVA DURATA DEL LAVORO SVOLTO, MI RITENGO PIENAMENTE
SODDISFATTO/IA DELLA RIPARAZIONE ESEGUITA E/O DEI PRODOTTI INSTALLATI.

IL TECNICO

UNITA' OPERATIVA UTIC
Spirito Santo PESCARA

IL CLIENTE / L'UTENTE

Per Accettazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96.

DATA

FIRMA

Oggetto: RE: Fwd: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI

Mittente: Luca Dell'Orso <dimsrl.luca@gmail.com>

Data: 12/12/2023, 17:57

A: vincenzo.lomele@asl.pe.it, nicola.cifaratti@ausl.pe.it

CC: Chiara Di Paolo <chiara.dipaolo@asl.pe.it>, dimsrl.segreteria@gmail.com

Buonasera

Informiamo che abbiamo provveduto alla sostituzione parziale delle batterie presenti nelle camere 7 e 9.

Saluti



Luca Dell'Orso
dimsrl.luca@gmail.com

+ 39 085 - 291152

Numero Verde
800 998575

I nostri uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

----- Messaggio originale -----

Da: "dimsrl.segreteria" <dimsrl.segreteria@gmail.com>

Data: 12/12/23 08:38 (GMT+01:00)

A: dimsrl.luca@gmail.com

Oggetto: Fwd: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanelli pazienti per chiamata infermieri NON

----- Messaggio originale -----

Da: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Data: 12/12/23 06:39 (GMT+01:00)

A: dimsrl.segreteria@gmail.com

Oggetto: Fwd: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI

Inviato da Outlook per Android

From: Nicola Cifaratti <nicola.cifaratti@asl.pe.it>

Sent: Monday, December 11, 2023 11:30:10 PM

To: Vincenzo Lo Mele <vincenzo.lomele@asl.pe.it>

Cc: Leonardo Paloscia <leonardo.paloscia@asl.pe.it>; Massimo Di Marco
<massimo.dimarco@asl.pe.it>

Subject: CARDIOLOGIA con UTIC - Campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI

Gentilissimo Ing. Lo Mele,

con presente Le chiedo di attivare l'assistenza, per l'UOC di CARDIOLOGIA con UTIC, di riparare i campanelli pazienti per chiamata infermieri NON FUNZIONANTI nelle seguenti aree:

posto letto 7 – camera 7 UTIC

posto letto 9 – camera 7 UTIC

Cordiali saluti.

Dott. Nicola Cifaratti

Coordinatore Infermieristico

UOC Cardiologia con UTIC e Cardiologia Interventistica

1 piano ALA EST

P.O. di Pescara

Phone: +39 085/425.2675

Phone: +39 329/36.66.571

Mail: nicola.cifaratti@ausl.pe.it