

**Noleggio di monitors per emodialisi, impianto di biosmosi,
con fornitura, in somministrazione, del materiale di consumo,
filtri per dialisi, cateteri e materiale vario per dialisi extracorporea.**

RETTIFICA

**NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - TITOLO I : SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E
SPECIFICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE –**

Art.2. Specifiche oggetto di valutazione,

il LOTTO n. 1 VIENE COSI' SOSTITUITO:

A) FUNZIONALITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUMENTAZIONI: (max 30 punti)

1. Valutazione diretta in tempo release della dose dialitica KT/V e URR basato sulla rimozione della molecola di urea con sistema di controllo diretto
(max 7 punti)
2. Valutazione nell'utilizzo dei monitors, della facilità d'uso, dei tempi di preparazione al trattamento, degli automatismi di sistemi come il controllo del volume ematico e della valutazione diretta in tempo reale della dose dialitica.
(max 5 punti)
3. Gestione tramite bilancia gravimetrica della sacca di reinfusione, sistema di infusione automatico con modulazione del flusso di infusione in rapporto al flusso sangue.
(max 2 punti)
4. Possibilità di programmare la variazione decrescente del potassio del liquido di dialisi automaticamente durante la seduta.
(max 2 punti)
5. Pannello frontale user-friendly, con sistema touch-screen a colori, preferibilmente ruotabile sul proprio asse verticale per facilitare la visibilità dei parametri.
(max 5 punti)
6. Maggiore ampiezza del flusso del dialisato (da 300 a 500 ml/min) per eventuali esecuzioni di metodiche depurative intermedie (SLEED).
(max 2 punti)
7. Possibilità di eseguire la più ampia gamma di trattamenti sostitutivi (Emodiafiltrazione, Emodiafiltrazione on-line in pre e post-diluizione, Biofiltrazione senza acetato con reinfusione di bicarbonato, Emodiafiltrazione con sacche a bassi volumi per la gestione di trattamenti di tipo nutrizionale, Emdialisi in monoago, Ultrafiltrazione isolata ed Emodialisi sequenziale).
(max 7 punti)

B) QUALITA' DEI MATERIALI DI CONSUMO:

(max 20 punti)

- 1) Sicurezza dei raccordi di connessione delle sacche di infusione, concentrato e completezza degli accessori delle linee ematiche. Facilità nel montaggio delle linee artero-venose, nel riempimento e svuotamento del filtro dializzatore.

(max 5 punti)

- 2) Sistema di disinfezione del monitor con possibilità di impiego di soluzioni per disinfezione eco-compatibili.

(max 5 punti)

- 3) Filtri: Valutazione delle clearance, UF, biocompatibilità, tipi di membrana.

(max 7 punti)

- 4) Filtri con minore tendenza alla rimozione di sostanze utili all'organismo evitando sindromi da squilibrio ormonale (Insulina).

(max 3 punti)