

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA  
Via R. Paolini, 45 - 65124 Pescara  
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Oggetto: Procedura aperta fornitura in service di sistemi diagnostici automatizzati per i Laboratori Analisi della ASL di Pescara:

**RETTIFICA**

**I criteri di valutazione del lotto n. 6 vengono modificati come segue (parti colorate in celeste:**

**LOTTO 6 – Sieroproteine e analisi secondo livello (IFE, ETC.)**

1	Analizzatore completamente automatico per le sieroproteine, a caricamento in continuo e senza interruzioni del ciclo di lavoro, dalla provetta primaria alla stampa del risultato: <ul style="list-style-type: none"><li>• no</li><li>• si</li></ul>	0 5
2	Possibilità di effettuare elettroforesi urinaria su gel senza l'ausilio della concentrazione e con un'unica deposizione: <ul style="list-style-type: none"><li>• no</li><li>• si</li></ul>	0 5
3	Tecnologia di separazione in tecnica capillare: <ul style="list-style-type: none"><li>• no</li><li>• si</li></ul>	0 5
4 a	Cadenza analitica del 1° analizzatore delle sieroproteine : 71/80 test/h  81/90 test/h	0 5
4 b	Cadenza analitica del 2° analizzatore delle sieroproteine :  < 20 test/h  > 20 test/h	0 5
5	Presenza di sistemi di allarme per assenza reagenti : <ul style="list-style-type: none"><li>• no</li><li>• si</li></ul>	0 5
6	Analizzatore per test di secondo livello con lettore integrato : <ul style="list-style-type: none"><li>• no</li><li>• si</li></ul>	0 5

7	Tutti i componenti, reagenti e soluzioni pronti all'uso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• no</li> <li>• si</li> </ul>	0 5
8	Software specifico di ausilio per l'interpretazione dei tracciati patologici delle siero proteine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• no</li> <li>• si</li> </ul>	0 5
9	<b>ELIMINATO</b>	
10	Sistema di stratificazione Ab (relazionare) <ul style="list-style-type: none"> <li>• no</li> <li>• si</li> </ul>	0 5
11	<b>Campionatore – diluitore per agarosio indipendente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• no</li> <li>• si</li> </ul>	<b>5 0</b>
12	Capillari a contatto diretto con il termoregolatore Peltier <ul style="list-style-type: none"> <li>• no</li> <li>• si</li> </ul>	0 2