

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via R. Paolini, 45 - 65124 Pescara

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Procedura aperta fornitura in service di sistemi diagnostici automatizzati per i Laboratori Analisi della ASL di Pescara:

PRECISAZIONI - CHIARIMENTI E RETTIFICHE

1. Si chiede conferma della possibilità di partecipare, presentando offerte separate, in RTI per un lotto e singolarmente per un altro differente.

R. 1. Ai sensi dell'Art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06, Il divieto in parola si riferisce propriamente alla "gara", intesa come procedura unica suddivisa in lotti; pertanto tale divieto si applica anche per la partecipazione a lotti diversi.

2. si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI, sia sufficiente che il sopralluogo venga effettuato da un solo componente per conto dell'RTI stesso.

R.2. tale evenienza (effettuazione del sopralluogo in nome e per conto di ciascuna Ditta interessata), dovrà essere riportata nel modulo di sopralluogo.

3. si chiede conferma che le dichiarazioni sostitutive, l'offerta economica, l'offerta tecnica e la documentazione debbano essere sottoscritte dal legale rappresentante ovvero da soggetto munito di potere di rappresentanza conferito con procura.

R.3. Si conferma

4. Si chiede indicazione su cosa si intende per "offerta tecnica" e suoi allegati ai fini della sottoscrizione su tutte le pagine (disciplinare di gara, art. 8, punto B9 pag. 18) ossia se per "offerta tecnica" si considerano gli elaboratori prodotti dall'offerente e "allegati" i documenti già predisposti quali schede tecniche, tabelle, certificazioni.

R.4. Esatto.

5. Si chiede conferma che solo la documentazione tecnica di cui ai punti B.3 e B.4 del disciplinare di gara, art.8 debba essere fornita esclusivamente in formato elettronico e non cartaceo e che lo stesso formato elettronico (PDF) non debba riportare la sottoscrizione.

R.5. A parziale rettifica di quanto riportato nel Disciplinare (per finalità di coerenza ed esigenze dei valutatori) si precisa che:

La documentazione di cui ai punti da B 1 a B 5 dovrà essere fornita ANCHE in formato elettronico, non modificabile (es. pdf o programmi similari), su CD-ROM o DVD ROM, in duplice copia.

6. Si chiede conferma che tutta la documentazione debba essere fornita in lingua italiana ad eccezione di protocolli convenzionalmente redatti in lingua inglese (es. specifiche di interfacciamento).

R.6. Si conferma e si aggiunge che potranno essere prodotti in lingua originale anche le certificazioni rilasciate da organismi esteri.

7. A pagina 5 del capitolato speciale d'appalto viene specificato che i QC vanno offerti su due livelli ma non quante sedute a settimana: si chiede di specificare.

R.7. Le sedute sono 7 alla settimana cioè tutti i giorni.

8. Nel capitolato speciale, per ogni singolo lotto, non è specificato se nei test/anno per ogni analita sono già compresi i test usati per calibrazioni e controlli o bisogna calcolarli extra: si chiede indicazione in merito.

R.8. Non sono compresi e, quindi, vanno calcolati in aggiunta da ogni ditta in quanto solo le stesse conoscono le caratteristiche delle strumentazioni che verranno offerte nella gara di appalto.

9. A pagina 20 del disciplinare di gara è richiesto a titolo gratuito tutto il materiale consumabile ad eccezione di reagenti controlli e calibratori, mentre in tutti gli altri punti del capitolato anche QC e calibratori sono chiesti in sconto merce: si chiede di precisare il tipo di materiale che può essere offerto in sconto merce.

R.9. Trattasi di refuso: devono essere tutti a titolo gratuito.

10. Si chiede conferma che i collegamenti online saranno completamente a carico delle sole Ditte aggiudicatarie.

R.10. Saranno a carico della stazione appaltante

LOTTO 1:

11. Relativamente alla tabella alle pagine 21-25 del Capitolato Speciale, si chiede per i test di chimica generale di specificare il numero di esami svolti su siero e quelli su urine. In particolare si chiede di verificare i test/anno indicati per la voce n. 2 "Albumina siero urine 24h" (4.000 test/anno) e la voce n. 110 "Microalbuminuria" (7.000 test/anno) onde evitare doppi conteggi.

R.11. Non sono in assoluto esattamente quantificabili ma si possono ipotizzare in circa il 5% dell'ammontare di ogni singolo analita interessato; la voce n° 2 è riferita a siero e la voce 110 è riferita ad urine.

12. Alle pagine 20-21 del Capitolato Speciale, si parla di garanzia di backup analitico e strumentale per chimica generale e immunometria per ogni test richiesto in contraddizione con quanto espresso negli obiettivi (pagina 18) di offrire almeno l'80% degli analiti. Si chiede quindi se nelle due voci relative ai sistemi di chimica generale e immunometria è corretto "garantire un reale backup analitico e strumentale degli analiti offerti attraverso l'utilizzo di reattivi identici e con la possibilità, in caso di fermo macchina, di avere comunque in linea almeno il novanta per cento degli analiti offerti".

R.12. Si deve fare riferimento a quanto formulato a pagina 18 e quindi non per ogni test richiesto ma per l'offerta che deve essere almeno dell'80% degli analiti richiesti garantire il reale backup analitico e strumentale degli analiti offerti attraverso l'utilizzo di reattivi identici, devono essere in linea , in caso di fermo macchina, almeno l'80% degli analiti offerti rispetto al pannello completo a questo proposito il 90% è un refuso e va inteso come 80%.

13. Alla pagina 24 del Capitolato Speciale, per la droga d'abuso Benzodiazepine (1.000 test/anno) si chiede se il dosaggio è da intendersi qualitativo (cut off) o semiquantitativo.

R.13: il dosaggio va inteso come semiquantitativo .

14. Alla pagina 24 del Capitolato Speciale, si chiede se per l'analita n. 113 "Inibina" si intenda Inibina A.

R.14: Per analita 113 inibina va inteso come una qualsiasi inibina in quanto varie aziende possono commercializzare diversi tipi di inibina.

15. Alla pagina 27 del Disciplinare di gara, per il "sistema per analisi Area Ematologia" sono indicati "Max punti 8" mentre dalla tabella risultano un massimo di 7 punti; si chiede se i punti assegnati ai sotto-criteri della tabella sono corretti e quindi se i punti massimi raggiungibili sono 7.

R.15: Il punteggio corretto è 7 punti.

16. Alle pagine 9-18 del Capitolato Speciale, i parametri del progetto definitivo per il laboratorio di Pescara risultano fuori al LOTTO 1, in contraddizione con quanto riportato nel Disciplinare di gara a pag 1; si chiede conferma che i lavori siano inclusi nel LOTTO 1.

R.16. La composizione del Lotto 1 è definita nel Disciplinare di gara.

17. Poiché le opere scorporabili (Fornitura degli arredi tecnici - Realizzazione delle opere edili - Realizzazione delle opere impiantistiche - Progettazione esecutiva) sono oggetto di cessione a titolo definitivo a codesto Ente, con pagamento a 60 gg. dalla data del collaudo come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, si prega di voler precisare il periodo di garanzia applicabile a tali forniture.

R.17. il periodo e le modalità della garanzia saranno precisate nel capitolato speciale, ripubblicato contestualmente alla presente nota (lettera H, art. 1).

LOTTO 2

18: relativamente alla tabella alle pagine 30-31 del Capitolato Speciale, si chiede per i test di chimica generale di specificare il numero di esami svolti su siero e quelli su urine. In particolare si chiede di verificare i test/anno indicati per la voce "Albuminemia s/u" (150/150 test/anno) e la voce "Microalbuminuria" (2.000/1.000 test/anno) onde evitare doppi conteggi.

R.18: Possono essere quantificati in circa il 5% dell'ammontare di ogni singolo analita interessato. L'albuminemia siero urine 150 150 va intesa su siero e 150 150 test anno, microalbuminuria 2000 1000 test anno solo su urine 2000 1000 test anno. La doppia cifra è intesa per i due P.O. di Penne e Popoli.

19. D.: alla pag. 31 del capitolato Speciale, per le droghe d'abuso Benzodiazepine, Amfetamine, Cocaina, Metadone, Oppiacei, si chiede se i dosaggi sono da intendersi qualitativi (cut off) o semiquantitativi.

R.19.: pagina 31 capitolato speciale i dosaggi delle droghe di abuso vanno intesi come semiquantitativi

RETTIFICHE

1. Capitolato speciale (pag. 20) – Lotto n. 1 - Sistemi di chimica generale – voce 8 :

8. Esecuzione dei test in fotometria, immunoturbidimetria, potenziometria indiretta (ISE: Na, K, Cl) o in tecnologia equivalente (aggiunto, ndr);

2. Capitolato speciale (pag. 26) – Lotto n. 1 - (coagulazione) – voce 1:

1. Strumento per la determinazione dei test coagulativi, cromogenici e immunologici al lattice basato sul principio foto-ottico turbidimetrico o equivalente (aggiunto, ndr);

3. Capitolato speciale pag 44 – Lotto n. 10 - Sistema per analisi di Coagulazione popoli e Penne

Strumento per la determinazione dei test coagulativi, cromogenici e immunologici al lattice basato sul principio foto-ottico turbidimetrico o equivalente (aggiunto, ndr);