

## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

***Via R. Paolini, 45 - 65124 Pescara***

### ***U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

***Procedura aperta fornitura in service di sistemi diagnostici automatizzati per i Laboratori Analisi della ASL di Pescara:***

### ***PRECISAZIONI - CHIARIMENTI E RETTIFICHE***

In riferimento al file "rettifiche n. 5", e al quesito n. 12, che sotto si riporta:

*12. Alle pagine 20-21 del Capitolato Speciale, si parla di garanzia di backup analitico e strumentale per chimica generale e immunometria per ogni test richiesto in contraddizione con quanto espresso negli obiettivi (pagina 18) di offrire almeno l'80% degli analiti. Si chiede quindi se nelle due voci relative ai sistemi di chimica generale e immunometria è corretto "garantire un reale backup analitico e strumentale degli analiti offerti attraverso l'utilizzo di reattivi identici e con la possibilità, in caso di fermo macchina, di avere comunque in linea almeno il novanta per cento degli analiti offerti".*

La risposta corretta è la seguente:

**R.12. Si deve fare riferimento a quanto formulato a pagina 18 e quindi non per ogni test richiesto ma per l'offerta che deve essere almeno dell'80% degli analiti richiesti; pertanto, nella frase indicata, il 90% è un refuso e va inteso come 80%.**

**Il Direttore della UOC ABS**

**Tiziana Petrella**