

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE  
DELLE UU.OO. DEI PP. OO. DELL'ASL DI PESCARA.**

**CHIARIMENTO N. 1**

Domanda

In relazione alle misure relative al lotto n. 50, riportate nell'Allegato A al capitolato di gara, si chiede di indicare le tolleranze di scostamento ammesse dalle misure indicate.

Risposta

Premesso che non è possibile indicare a priori una tolleranza precisa, i concorrenti possono proporre prodotti aventi misure con un margine di scostamento tale da poter rientrare nel concetto di "equivalenza" con prodotti aventi le misure indicate. L'equivalenza sarà valutata dalla commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS

TIZIANA PETRELLA