

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via R. Paolini, 45 - 65124 Pescara

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

CHIARIMENTI

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI
AUTOMATIZZATI PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA –**

DOMANDA. In merito al calcolo del punteggio relativo al prezzo, chiediamo un esempio concreto della formula pubblicata in data 11 aprile scorso (PPREZZO = $[1-(1-R_n)^{13}] \times P_{max}$), ipotizzando due offerte a 90 e a 75 mila €;

RISPOSTA. Se le cifre indicate costituiscono ribassi rispetto al prezzo a base d'asta del lotto n. 4, i punteggi sarebbero:

ribasso di 75.000: 40 punti

ribasso di 90.000: 38 punti

DOMANDA. La documentazione tecnica da presentare è indicata all'art. 8 del Disciplinare di gara dal punto B.3 di pagina 16 al punto B.9 di pagina 19, è corretto? I punti B.1 e B.2 riguardano solo il lotto n° 1?

RISPOSTA: ESATTO

DOMANDA. In merito alla doppia sottoscrizione da apporre in calce a pagina 68 del Capitolato Speciale (di cui si parla nella precisazione del 30/4/2013), è sufficiente produrre solo la suddetta pagina con doppia la sottoscrizione? A tal proposito chiediamo se sia il capitolato che il Disciplinare di gara abbiano subito delle modifiche in quanto ora i suddetti documenti scaricabili dal vs. sito sono rispettivamente di 69 (anziché 68) e di 48 (anziché 47) pagine totali.

RISPOSTA. ESATTO

DOMANDA. Devono essere forniti anche i gruppi di continuità?

RISPOSTA: Si riporta, di seguito, una domanda e la relativa risposta, già pubblicate sul sito:

DOMANDA. Punto 3) In caso di strumentazione dotata di batteria interna, è consentito non offrire il gruppo di continuità ?

RISPOSTA. NO, perché la batteria non ha la stessa valenza/capacità di un gruppo di continuità, anche in considerazione del fatto che, in caso sbalzo elettrico il gruppo fa da scudo al dispositivo mentre la batteria non è in grado di svolgere la medesima funzione.

IL RUP

TIZIANA PETRELLA