

**NOLEGGIO DI MONITORS PER EMODIALISI,IMPIANTO DI BIOSMOSI,
CON FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DEL MATERIALE DI
CONSUMO, FILTRI PER DIALISI,CATETERI E MATERIALE VARIO PER
DIALISI EXTRACORPOREA.**

RETTIFICA N. 8

Si comunica che, in coerenza con le modifiche già apportate sulle specifiche tecniche del LOTTO N. 4 BIS, vengono rettificati i punteggi qualitativi, come segue:

REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' (max 60 punti min.30)

A) FUNZIONALITA' E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUMENTAZIONI:

(max 40 punti) INALTERATO

B) QUALITA' DEI MATERIALI DI CONSUMO:

(max 20 punti)

1) Sicurezza dei raccordi di connessione, contenuto e completezza degli accessori delle linee ematiche e loro contenuto. Facilità nel montaggio delle linee A/V e del filtro e riempimento e svuotamento dello stesso.

(max 5 punti).

2) Sistema di disinfezione del monitor con possibilità di impiego di soluzioni per disinfezioni preferibilmente ecocompatibili

(max 5 punti).

ELIMINATO

3) Sistema di controllo automatico degli ultrafiltri nel sistema idraulico in modo da garantire puntuale ed adeguata sostituzione ed impedirne il riutilizzo. (max punti 10) (AGGIUNTO)

IL RUP

TIZIANA PETRELLA

Elimi
clearan
memb
(max

Form
cm

Elimi
¶