

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLE UU.UO. DEI PP. OO. DELL'ASL DI PESCARA.

CHIARIMENTI N. 9

QUESITO N° 1 – LOTTO N° 55

- Le mascherine tipo IIR, sono richieste con lacci o con elastici?

QUESITO N° 2 – LOTTO N° 56

- Le mascherine con visiera antiriflesso, sono richieste con lacci o con elastici?
- La visiera deve avere anche le protezioni laterali per gli occhi?

RISPOSTA

- 1) Le mascherine tipo IIR richieste nel lotto 55 così come le mascherine con visiera antiriflesso richieste nel lotto 56 devono essere dotate di lacci
- 2) La visiera inerente le mascherine comprese nel lotto 56 deve essere conformata in modo da coprire gli occhi anche da schizzi laterali

QUESITO N° 3 – LOTTO N° 57

- È possibile fornire casacca + pantalone della stessa taglia confezionati insieme?

RISPOSTA. Casacca e pantaloni devono essere forniti separatamente

QUESITO N° 4 – LOTTO N° 86

- I guanti devono essere sterili?
- Che taglia chiedete?

RISPOSTA. I guanti in polietilene devono essere non sterili e di misura unica

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS

TIZIANA PETRELLA