

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLE UU.UO. DEI PP. OO. DELL'ASL DI PESCARA.

CHIARIMENTI N. 11

LOTTO N. 40 – OCCHIALE PER OSSIGENOTERAPIA NASALE

LE SPECIFICHE TECNICHE VENGONO COSI' MODIFICATE:

Deve potersi adattare all'uso sia sui bambini che sugli adulti, deve avere cannula soffice e confortevole, deve avere tubo di collegamento per il fissaggio della cannula dietro la testa.

Deve essere monouso, in confezione singola, latex-free.

I CRITERI DI VALUTAZIONE VENGONO COSI MODIFICATI:

Finitura dei materiali	Max 30 punti
Affidabilità	Max 30 punti, di cui: max 10 punti.
Maneggevolezza	Max 10 punti,
semplicità di utilizzo	max 10 punti
TOTALE	MAX 60 PUNTI

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS

TIZIANA PETRELLA