

**NOLEGGIO DI MONITORS PER EMODIALISI,IMPIANTO DI BIOSMOSI,
CON FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DEL MATERIALE DI CONSUMO,
FILTRI PER DIALISI,CATETERI E MATERIALE VARIO PER DIALISI EXTRACORPOREA.**

RETTIFICA N. 10

QUESITO - compilazione dell'offerta economica (Punto C a pagina 18 del Disciplinare di Gara): Come da vostra precisazione n. 4, per i lotti dal 13 in avanti l'offerta economica potrà essere formulata all'interno di un unico modello , quindi un'unica busta. Ma se si presenta offerta anche per uno dei lotti compresi tra 1 e 12 occorre presentare un'altra busta? Quindi, si chiede se l'offerta economica deve essere contenuta in un'unica busta, riportante all'esterno il numero dei lotti offerti, oppure se per i lotti da 1 a 13 va presentata una busta, e se per uno dei lotti compresi da 1 a 12 va presentata un'altra busta.

RISPOSTA: L'OFFERTA ECONOMICA POTRA' ESSERE PRESENTATA ALL'INTERNO DI UN'UNICA BUSTA, RIPIORTANTE ALL'ESTERNO IL NUMERO DEI LOTTI.

QUESTO SU BASI D'ASTA ECCESSIVAMENTE BASSE..

RISPOSTA: SONO STATE RIDETREIMNATI I FABBISOGNI RELATIVAMENTE AI LOTTI 4, 11, 17, 27 , 33 E 46, COME SOTTO RIPIORTATO:

LOTTO N. 4

Quantità/anno dei materiali e n° monitor richiesti Dialisi	N° Monitors	Arteria + Vena + Conc. + Disinf.	HFR	HFR SUPRA	HDF MID
Pescara 1	2	960		80	80
Pescara 2	2	960		160	160
Penne	2	960		160	320
Popoli	3	1440		160	320
Totali	9	4320		560	880

LOTTO N. 11

Pescara 1	Paz. CAPD		Paz. APD	
Pescara2	Paz. CAPD	N° 6	Paz. APD	N° 12
Penne				
Popoli	Paz. CAPD	N° 4	Paz. APD	N° 6

LOTTO N. 17

17	Filtro capillare con membrana in Polisulfone con Vit.E. Varie superficie. Uf per dialisi diffusiva e convettiva. Prezzo Unico	1.610	1340	590	910	4.500
----	--	-------	------	-----	-----	-------

LOTTO N. 27

27	Sacca da 2 lt di soluzione con 10.000 UI lt di eparina per lavaggio filtro + sacca da 250/500 ml di fisiologica per lo stacco.	9.450	7.070	4.760	4.760	26.040
----	--	-------	-------	-------	-------	--------

LOTTO N. 33

33	Ago fistola con e senza foro addizionale 14/15/16/17 G, alette fisse e/o girevoli, dispositivo copriago di sicurezza preassemblato sul tubo di raccordo lunghezza cannula 25 e 32mm, sterilizzazione non ETO.	27.000	20.000	13000	13000	73000
----	---	--------	--------	-------	-------	-------

LOTTO N. 46

46	Kit catetere a lungo termine in poliuretano Carbotane per emodialisi 14,5 Fr a doppio lume con configurazione a doppia D. Corpo dotato di fessure laterali a lavorazione laser di ampie dimensioni e con punta a forma di Z spiralata x ridurre il ricircolo ematico, con estensione retta in silicone. Presenza di mandrini di inserzione per tecnica di avanzamento sopra-guida senza uso di peel-away. Lunghezze cuffia/punta da 19 a 55cm. Kit comprendente: peel-away valvolato, ago introduttore, dilatatori, guida da 0.038 (lunghezza 70 cm ca.), siringa da 10cc, bisturi, tunnellizzatore, medicazioni adesive, 2 tappi sigillanti. Il kit deve presentare etichette adesive con codice e lotto per tracciabilità prodotto	25	5	5	5	40
----	---	----	---	---	---	----