

## **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLE UU.UO. DEI PP. OO. DELL'ASL DI PESCARA.**

### **CHIARIMENTI N. 16**

**QUESITO:** in merito al punto 17 documentazione tecnica (pag 17) si chiede di precisare se i cd debbano essere 2 (o eventualmente 3 in caso di presenza di scheda di sicurezza), contenente tutte le schede tecniche e la copia dell'offerta senza prezzi. Oppure se vi debba essere un CD con l'offerta senza prezzi e un cd per ogni scheda tecnica del prodotto (cioè uno per ogni lotto).

**Risposta.** Potrà essere presentato un unico CD.

**QUESITO.** Qualora la Dita NON raggiunga l'integralità del lotto ma copra l'80% dello stesso e considerando che i prodotti non coperti saranno valorizzati con il prezzo più alto tra quelli offerti dalle altre Ditte partecipanti, nello schema di offerta non vanno valorizzati i sub lotti a cui non si risponde?

**RISPOSTA.** EVIDENTEMENTE NO.

**QUESITO:** Lo sconto percentuale sul prezzo a base d'asta deve essere formulato senza tenere conto dei quantitativi di fabbisogno relativi ai sub lotti a cui non si risponde?

**RISPOSTA.** IN QUESTO CASO, LA COMMISSIONE DI GARA, UNA VOLTA EFFETUATI I RIEMPIMENTI, PROCEDERÀ A RICALCOLARE L'ENTITÀ DELLO SCONTO, AL FINE DI RISTABILIRE L'UNIFORMITÀ NEI CONFRONTI.

**QUESITO – LOTTO 43 - LOTTO 43: MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA A CONCENTRAZIONE VARIABILE.** esistono in commercio due modelli, uno con vaschetta ed unico regolatore della concentrazione di ossigeno ed un modello con 7 raccordi colorati, dove a ciascun raccordo corrisponde una diversa concentrazione di ossigeno.

**RISPOSTA .** Il modello in uso presso le UU. OO. è quello con i raccordi colorati dove a ciascun raccordo corrisponde una diversa concentrazione di ossigeno.

**QUESITO:** Si dispone la presentazione dell'offerta economica all'interno di un'unica busta con riportati all'esterno – oltre alla dicitura "offerta economica" – anche i lotti di partecipazione.

Chiediamo se la disposizione di riportare i lotti valga anche per la busta tecnica (prevista, come da chiarimento/rettifica n. 12 – quesito 11, in un esemplare unico, senza alcuna "sottobusta" per i vari lotti).

**RISPOSTA:** SI.

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS

TIZIANA PETRELLA

