

**PROCEDURA APERTA PER L' AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN  
SERVICE DI LAVAENDOSCOPI DA DESTINARE AI SERVIZI DI ENDOSCOPIA  
DIGESTIVA DEI 3 PRESIDI OSPEDALIERI AFFERENTI L AZIENDA SANITARIA DI  
PESCARA**

QUESITO: a pag. 3 della lettera d'invito è scritto che la garanzia a corredo dell'offerta dovrà essere di € 14.000,00; mentre a pag. 6 del Capitolato art. 5 scrivete che la garanzia dovrà essere di € 12.000,00.

Qual'è l'importo corretto ?

RISPOSTA: L'IMPORTO CORRETTO è 12.000,00 (PARI A 2% DELL' IMPORTO POSTO A BASE DI GARA).

QUESITO: Sul capitolato è richiesto di effettuare la prova obbligatoria delle apparecchiature. Si richiede se è possibile effettuare la visione delle stesse presso un'altra azienda ospedaliera dove sono già installate.

RISPOSTA. LA VISIONE NON EQUIVALE A "PROVA".

QUESITO: SUL CAPITOLATO VENGONO RICHIESTE QUALI CARATTERISTICHE INDICATIVE:

- l'effettuazione del test di tenuta per tutta la durata del ciclo. si richiede se non sia sufficiente l'effettuazione del test di tenuta all'inizio del ciclo;
- l'asciugatura dei canali. è possibile proporre l'armadio wassemburg per l'asciugatura ed il condizionamento degli strumenti?
- sistema per l'eliminazione di emissione di vapori tossici senza la necessità di sistemi per l'estrazione o il trattamento dell'aria o comunque potenzialmente dannoso per gli operatori, nell'ambiente circostante, durante il ciclo ed in condizioni di stand – by, senza richiedere la presenza di particolari sistemi per l'estrazione od il trattamento dell'aria. è possibile proporre macchine che convogliano i vapori all'esterno tramite apposito impianto?

RISPOSTA. TRATTASI, COME RIPORTATO NEL CAPITOLATO, DI CARATTERISTICHE "INDICATIVE", IL CUI MANCATO RISPETTO, PERTANTO, NON COSTITUIRA' CAUSA DI ESCLUSIONE.

SARA ONERE DELLA DITTA ALLEGARE PROVE DI EQUIVALENZA DEL SISTEMA PROPOSTO.

IL RUP DI GARA

TIZIANA PETRELLA