

# **FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER I LABORATORI TRASFUSIONALI DEI P.O. DELLA AUSL DI PESCARA.**

## **CHIARIMENTI N. 1**

### **LOTTO N. 1:**

**QUESITO:** cosa si intende per microproteine: i reagenti microalbumina e microglobuline sono sufficienti a soddisfare questa richiesta?

**RISPOSTA:** 1. PER MICROPROTEINE SI INTENDE IL REAGENTE NECESSARIO PER LA DETERMINAZIONE DEL RESIDUO PROTEICO DA INDIVIDUARE NELLE UNITA' DI EMASIE LAVATE COSI' COME PREVISTO NEI CONTROLLI DI QUALITA' SUL SANGUE (vedi Decreti 03/03/2005: Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ALL. 2 PREPARAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI E LORO CONSERVAZIONE)PERTANTO NE' MICROGLOBULINE, NE' MICROALBUMINA SONO PERTINENTI.

**QUESITO:** tra i 50 parametri desiderati , si chiede se debbano essere compresi anche i parametri ISE, non essendo questi citati tra i 19 esplicitamente richiesti nel bando.

**RISPOSTA:** 2. NON DEVONO ESSERE COMPRESI I PARAMETRI ISE

**QUESITO:** si prega di specificare il n° di test richiesti per Uricemia, richiesta nella descrizione del profilo, ma mancante nella tabella dei carichi di lavoro/anno

**RISPOSTA:** . I TEST/ANNO DI URICEMIA SONO 18.000 (diciottomila).

### **LOTTO 4 - TABELLA CONSUMI**

**QUESITO:** per il profilo : Tipizzazione estesa ad antigeni rari, viene indicato un fabbisogno di n. 2000 test/anno. il fabbisogno di 200 test è complessivo o si intende per ogni analita? (es. 2000 Anti lea, 2000 Antileb, ecc).

**RISPOSTA.** SI INTENDONO 2000 TEST/ANNO X CIASCUN ANALITA OVVERO 2000 ANTI LEA, 2000 ANTI LEB ETC..

**IL DIRETTORE DELLA UOC ABS**

**TIZIANA PETRELLA**