

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER I LABORATORI TRASFUSIONALI DEI P.O. DELLA AUSL DI PESCARA.

CHIARIMENTI N. 2

QUESITO - Capitolato speciale d'appalto pag 4

E' previsto che "La fornitura dei dispositivi medici necessari all'effettuazione delle procedure di raccolta nelle quantità presunte richieste. Al riguardo si precisa che si dovrà garantire l'esecuzione di quanto richiesto e, pertanto, saranno escluse eventuali proposte/offerte incomplete. I DM devono rispondere pienamente ai requisiti minimi indicati nella presente gara."

Si chiede di confermare che tale disposizione NON debba intendersi riferita ai lotti n. 1 e n. 8.

RISPOSTA. SI CONFERMA CHE LA PRESCRIZIONE RIGUARDANTE I DM NON È DA RIFERIRSI AL LOTTO 1 E AL LOTTO 6.

QUESITO - Capitolato speciale d'appalto – Lotto 1 pag 7:

- Il dosaggio Bil T/F prevede un numero annuo di test pari a 22.000. Si chiede di precisare quale sia il numero annuo di test distinto tra i due analiti Bilirubina totale e Bilirubina frazionata;
- A pag. n. 6, il pannello dei test richiesti riporta anche gli analiti Uricemia e LDH per i quali, a pag. n. 7, non è riportato il numero di test annuo da offrire. Si chiede di precisare tale valore per ciascuno dei due analiti.

RISPOSTA:

- **IL N° DI TEST DELLA BILIRUBINA TOTALE PER ANNO È = 22.000**
- **IL N° DI TEST DELLA BILIRUBINA FRAZIONATA PER ANNO È = 3.000**
- **IL N° DI TEST DELLA URICEMIA PER ANNO È = 18.000**
- **IL N° DI TEST DEL LDH PER ANNO È = 2.000**

QUESITO - Capitolato speciale d'appalto – Lotto 6 pag 27

Il dosaggio Anti HAV (IgG/IgM o totali) è richiesto min un numero annuo di test pari a 20.000. A tal fine si chiede di precisare quale sia il numero annuo di test da offrire per ciascuno degli analiti HAV IgG ed HAV IgM.

RISPOSTA:

- **IL N° DI TEST HAV IgG PER ANNO È = 20.000**
- **IL N° DI TEST HAV IgM PER ANNO È = 10.000**

QUESITO – Disciplinare di gara

- **L'art. 8 dispone che** tutta la documentazione di gara debba essere redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente. A tal fine, allo scopo di rendere meno complesso il processo di predisposizione della documentazione tecnica, si chiede di poter allegare le certificazioni CE dei prodotti e degli strumenti, le certificazioni ISO, la letteratura scientifica e le specifiche di interfacciamento della strumentazione, in lingua inglese.

RISPOSTA. SI ACCONSENTE.

- Art. 8 – punto B.3.A.9): al fine di ridurre la mole di documentazione tecnica da produrre in cartaceo, si chiede di poter allegare i manuali d'uso della strumentazione esclusivamente su supporto informatico (CD ROM).
- Si chiede di confermare che, come disposto a pag. 15 del Disciplinare di gara, la documentazione tecnica debba essere fornita esclusivamente in formato elettronico non modificabile.

RISPOSTA: SI CONFERMA CHE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI B.3.A E B.4 DOVRÀ ESSERE FORNITA ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO, NON MODIFICABILE (ES. PDF O PROGRAMMI SIMILARI), SU CD-ROM O DVD ROM , IN DUPLICE ESEMPLARE.

- Si chiede di conferma che i singoli importi a base d'asta da non superare pena di esclusione, siano quelli riportati nella tabella A – Colonna 3.

RISPOSTA. SI CONFERMA.

- **A pag. 17 è previsto che** “L'Offerta Tecnica deve essere siglata su ogni pagina, ad eccezione degli allegati, e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, sull'ultima pagina dal Legale Rappresentante”. A tale proposito si chiede se, al fine di semplificare il processo di predisposizione della documentazione tecnica, in luogo della sottoscrizione, possa essere allegata apposita dichiarazione, a firma del sottoscrittore dell'offerta, attestante la conformità all'originale di tutta la documentazione presentata.

RISPOSTA: SOLO PER LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI B. 3.A E B.4 , - POICHE' FORNITA ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO – IN LUOGO DELLA SOTTOSCRIZIONE, POTRA' ESSERE ALLEGATA APPOSITA DICHIARAZIONE, A FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELL'OFFERTA, ATTESTANTE LA CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE.

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS

TIZIANA PETRELLA