

**FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER
I LABORATORI TRASFUSIONALI DEI P.O. DELLA AUSL DI PESCARA.**

CHIARIMENTO N. 4

QUESITO - lotto 5 – Capitolato Speciale- Specifiche tecniche reattivi pag 19, si richiede la conferma delle voci:

- 1 Antisieri Mono o Policlonali ad adeguato titolo ed avidità
- 3 Anti D monoclonali di tipo IgM di due lotti diversi che non evidenziano la frazione VI
- 4 Anti D IgG e IgM in grado di evidenziare le varianti DVI+, D Weak, parzial D
- 5 il siero antiglobulina deve possedere una sensibilità tale da evidenziare con positività certa un siero di controllo a specificità anti D con titolo di 0.1UI per ml testato con emazie eterozigoti

si riferiscano ai reattivi liquidi richiesti a pag 22-23

SI, CONFERMIAMO LE VOCI. IN MERITO ALL'ANTI D IgG e IgM IN GRADO DI EVIDENZIARE LE VARIANTI DEL D SI CHIARISCE CHE E' INDISPENSABILE RILEVARE LA RIDOTTA REATTIVITA' DEL D DA COMPLETARE EVENTUALMENTE CON L'IDENTIFICAZIONE ANCHE CON ALTRI METODI. INOLTRE OVVIAMENTE IN RIFERIMENTO AL PUNTO 5 (SIERO ANTIGLOBULINA) LA SENSIBILITÀ DEVE ESSERE LA STESSA SIA PER LE CARD CHE PER I REATTIVI LIQUIDI.

QUESITO: si richiede la conferma delle voci: CHE le voci 2 e 6:

- 2 Possibilità di utilizzare i reattivi anche in manuale
- 6 Emazie per la ricerca di anticorpi irregolari contenenti antigeni preferibilmente omozigoti per la maggior parte degli antigeni gruppo ematici.,

SI riferiscano alla Tabella 1-2 di pag 20-21

RISPOSTA: SI SONO LE CARD E I REATTIVI UTILIZZATI IN AUTOMATICO CHE POSSONO ESSERE ANCHE UTILIZZATI IN MANUALE.

QUESITO: il punto 28 "Recupero informatico dei database esistenti" è da riferirsi al termine della fornitura, quando la ditta fornitrice dovrà rendere disponibili i propri database di strumenti e telemedicina per un recupero informatico a cura del CED

RISPOSTA: IL "RECUPERO DEI DATABASE" POTRÀ ESSERE GARANTITO SOLO PER LA GARA IN ESSERE, QUINDI LA DITTA VINCITRICE DOVRA' GARANTIRE LA DISPONIBILITA' ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO.

QUESITO. Le pipette automatiche per le dispensazioni richieste a fine di pag 19 sono pipette manuali a dispensazione ripetitiva e con espulsore di puntale e non pipette elettroniche?

RISPOSTA: TRATTASI DI PIPETTE ELETTRONICHE PROGRAMMABILI PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI COMPATIBILITA' IN MANUALE.

QUESITO: La specifica tecnica 5 del sistema di telemedicina di pag 20 "Identificazione positiva del campione sacca per il controllo gruppo ed assegnazione unità" è da ritenersi attribuibile alle due apparecchiature automatiche richieste, in quanto i 4 sistemi manuali richiesti, proprio per la loro caratteristica di manualità di esecuzione possono consentire l'identificazione del campione sacca, ma non l'identificazione positiva

RISPOSTA: E' AMMESSA ANCHE LA NON IDENTIFICAZIONE POSITIVA PER LA STAZIONE MANUALE.

QUESITO: L'identificazione di anticorpi irregolari a 22 cellule richiesti in Tabella 1 a pag 21 è da intendersi:

- a. Per l'esecuzione di 500 test di identificazione con emazie non trattate + 500 test di identificazione con emazie trattate con enzima
- b. Se la voce debba comprendere sia pannelli eritrocitari che i relativi pozzetti di schedine Coombs e Neutral

RISPOSTA. ESATTO, PER ENTRAMBI.

QUESITO: Le 100 identificazioni anticorpali/anno richieste in Tabella 2 per Penne e Popoli sono da intendersi come la domanda precedente e se si deve prevedere la fornitura di emazie per identificazione per entrambi i Presidi (1 abbonamento annuale per Penne + 1 abbonamento annuale per Popoli)?

RISPOSTA: SI

QUESITO: Le voci "Schedine per la determinazione del gruppo diretto (presenza di almeno un antisiero DVI positivo)" e "Schedine per la determinazione del gruppo diretto con 2 antisieri DVI negativi" inserite nella descrizione del materiale da offrire a pag.21-22 sono da riferirsi entrambe alla richiesta di 1.000 Gruppi sanguigni ABD diretto/Rh D con due cloni IgM diversi dalla Tabella 1 e quindi prevedono l'offerta di due tipologie di schedine distinte;

RISPOSTA: SI

QUESITO:Le "schedine IgG" richieste nella descrizione del materiale da offrire sono da riferirsi ai test di Coombs diretti delle Tabelle 1 e 2?

RISPOSTA: SI

QUESITO. Le voci richieste come “Reattivi liquidi” nella Tabella di pag 22-23 possono essere offerte anche come reattivi per uso in agglutinazione su colonna per consentire l’automazione e la tracciabilità dei test con metodiche alternative che consentono una migliore pulizia, stabilità e tracciabilità dei test?

RISPOSTA: PER I REATTIVI LIQUIDI E’ INDISPENSABILE L’USO IN MANUALE AD ECCEZIONE OVVIAMENTE DEI PANNELLI ERITROCITARI E DEL POTENZIANTE , CHE SI UTILIZZANO SIA IN MANUALE CHE IN AUTOMATICO.

QUESITO : Nel programma di VEQ educazionale richiesto è indispensabile il controllo dei test di Coombs diretto?

RISPOSTA. NO

QUESITO: Poiché il programma di VEQ educazionale viene richiesto con identici parametri anche nel lotto 4 si chiede se questo sia un refuso oppure se sia possibile chiarire le differenze tra i due programmi educazionali richiesti

RISPOSTA: NON È UN REFUSO. LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE PREVEDE DUE LABORATORI UNO DI IMMUNOEMATOLOGIA ED UNO DI DISTRIBUZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI.