

**FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER  
I LABORATORI TRASFUSIONALI DEI P.O. DELLA AUSL DI PESCARA.**

**CHIARIMENTO N. 6**

**QUESITO.** Poiché per quanto a conoscenza della scrivente, non risultano disponibili sul mercato un controllo di qualità interno ed una VE per il CMV avidità, si chiede se possano non essere offerti.

**RISPOSTA.** PER LE ESIGENZE DEI RICHIEDENTI SONO SUFFICIENTI I CONTROLLI INTERNI E VEQ x IL CMV IgG e IgM E NON SONO NECESSARI PER IL CMV AVIDITY.

**QUESITO.** A pag 7 del Capitolato speciale di gara si riporta in tabella la necessità di garantire 12 invii per il controllo di qualità interno. Si chiede se tale affermazione sia da intendersi come garanzia di copertura dell'intero anno o, invece, come richiesta di effettuazione di 12 spedizioni obbligatorie o di invio di 12 confezioni.

**RISPOSTA.** LA RICHIESTA DEL CONTROLLO DI QUALITA' INTERNO DEVE ESSERE INTESA A COPERTURA DELL'INTERO ANNO INDIPENDENTEMENTE DAL N° DI INVII CHE POTRA' VARIARE RISPETTO AL NUMERO DA NOI STABILITO.