

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI PER I LABORATORI TRASFUSIONALI DEI P.O. DELLA AUSL DI PESCARA:

CHIARIMENTI N. 10

QUESITO 1. Il disciplinare di gara, Art. 8 punto B4 (Reagenti e materiali di consumo) pag 15, chiede di relazionare una serie di parametri generali e validi per tutti i lotti che però non risultano tra loro omogenei. Pertanto, alcune caratteristiche, da un punto di vista scientifico, non sono oggettivamente applicabili al lotto n. 7 (esecuzione dei test di validazione degli emocomponenti con metodica NAT). In particolare ci si riferisce a:

- il numero di punti di calibrazione: questa caratteristica è presente e misurabile esclusivamente nei test quantitativi mentre la NAT è un test qualitativo;
- la linearità: questa caratteristica è presente e misurabile esclusivamente nei test quantitativi mentre la NAT è un test qualitativo;
- il tipo di standardizzazione: i test per la metodica NAT sono marcati CE IVD e gli standard WHO vengono utilizzati per studi di sensibilità, pertanto non sono soggetti a standardizzazione.

Alla luce di queste considerazioni, si chiede conferma che le caratteristiche sopracitate non debbano essere effettivamente richieste ai reagenti del lotto n. 7.

RISPOSTA: SI CONFERMA CHE PER IL LOTTO 7 IL NUMERO DEI PUNTI DI CALIBRAZIONE E LA LINEARITA' NON SONO REQUISITI PERTINENTI. INOLTRE I REATTIVI DEVONO POSSEDERE LA MARCATURA CE/IVD E NON SONO RICHIESTI GLI STANDARD WHO.

QUESITO 2. In riferimento al lotto 7 capitolato speciale pag. 30: con "sangue di controllo a titolo noto" si intende richiedere "run control"? A tal proposito, si richiedono 12 invii di sangue di controllo a titolo noto. Si chiede di specificare meglio cosa si intende con 12 invii e cioè quali sono i quantitativi effettivamente richiesti su base annua.

RISPOSTA: SI INTENDONO I CONTROLLI DI QUALITA' INTERNI GIORNALIERI PERTANTO SI DOVRA' GARANTIRE LA COPERTURA ANNUALE INDIPENDENTEMENTE DAL N° DI INVII CHE POTRA' VARIARE RISPETTO AL NUMERO DA NOI STABILITO.

QUESITO 3. Relativamente alla griglia punteggi del lotto 7 voce 2 "Singolo tubo di reazione da provetta madre" si chiede di confermare se con provetta madre si intende la provetta prelevata direttamente dal donatore in fase di donazione.

RISPOSTA: PER PROVETTA MADRE SI INTENDE LA PROVETTA PRELEVATA AL DONATORE IN FASE DI DONAZIONE.

QUESITO N. 4. - Foglio Prezzi n.4 viene indicato l'importo oneri inerenti la sicurezza di € 1.552,20, detto importo è uguale per tutti i lotti?

RISPOSTA. L'IMPORNO CORRETTO E' PARI AD € 2.179,92, ED È UGUALE PER TUTTI I LOTTI

QUESITO N. 5 - Confermate che la base d'asta riferita ad ogni lotto è quella indicata nella colonna n.3 della Tabella A?

RISPOSTA. SI CONFERMA

QUESITO N. 6 - Foglio Prezzi n.2 richiedete il dettaglio reagenti e materiale di consumo, mentre nel Foglio Prezzi n.3 richiedete eventuali Materiale di Consumo da offrire in SCONTO MERCE. Si richiede se il materiale di consumo riferito al lotto di partecipazione deve essere offerto in sconto merce?

RISPOSTA. NO, TALE CASO E' MERAMENTE "EVENTUALE".