

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO (ART. 59 D. LGS. N. 163/2006) PER LA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE E SISTEMI DI LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA”

CIG: 5188375E7B

RETTIFICHE E PRECISAZIONI N. 2

1. L'ART. 8 VIENE COSI RINOMINATO E SOSTITUITO:

ARTICOLO 8 – SPECIFICHE TECNICHE

Le caratteristiche minime del sistema striscia e dello strumento di lettura, utilizzate per l'emissione del giudizio di idoneità, sono le seguenti:

1. intervallo di misura della glicemia compreso almeno tra 20 e 500 mg/dl;
2. idoneità al prelievo di sangue capillare, venoso;
3. metodo analitico non basato su GDH-PQQ;
4. tempo di lettura non superiore a 30 secondi;
5. calibrazione per il glucosio plasmatico;
7. segnalazione di errori per procedure scorrette;
8. presentazione del programma di addestramento secondo quanto descritto al punto Assistenza ed Addestramento.

Le caratteristiche specifiche del sistema striscia e dello strumento di lettura dovranno essere:

1. buona precisione del sistema con CV inferiore al 5%;
2. range di misurazione più ampio di 20-500 mg/dl;
3. possibilità di eseguire ed eventualmente di memorizzare i test di controllo;
4. documentazione delle sostanze interferenti;
5. maneggevolezza e solidità dello strumento;
6. praticità d'uso e sicurezza nelle operazioni di misurazione, pulizia e calibrazione;
7. facilità di calibrazione e verifica della funzionalità tramite procedure di controllo;

8. possibilità di scaricare i risultati dei test di controllo.

Assistenza e Addestramento

La ditta dovrà provvedere al collaudo e all'assistenza tecnica, senza oneri a carico delle Aziende Sanitarie.

L'assistenza tecnica dovrà comprendere:

1. manutenzione correttiva della strumentazione i cui costi saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. La Ditta si impegna alla sostituzione delle apparecchiature per il periodo necessario alla riparazione e sostituzione delle stesse in caso di guasti non riparabili. Gli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle apparecchiature dovranno essere garantiti con la massima celerità ed in ogni caso dovrà essere prevista la possibilità di esecuzione dei test mediante strumentazione accessoria in caso di fermo macchina. A questo scopo va anche prevista la costituzione di una scorta di strumenti, a richiesta, depositati presso i centri anti - diabetici della ASL.
2. verifiche di sicurezza delle apparecchiature secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento. Il ripristino di eventuali non conformità riscontrate dovrà avvenire a totale carico della Ditta aggiudicataria e secondo la tempistica della manutenzione correttiva.

Deve essere presentato un congruo programma di addestramento del personale dei centri antidiabetici.

2. IN CONSIDRAZIONE DI QUANTO CONTENUTO NELLA RETTIFICA N. 1, l'importo dell'accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura per tutti i lotti di gara, non sarà superiore, nel periodo QUADRIENNALE di durata contrattuale, a 3.000.000,00 (iva esclusa) (anziché € 6.000.000, 00);

3. VENGONO RIPUBBLICATI IL DISCIPLINARE DI GARA ED IL CAPITOLATO SPECIALE