

**FORNITURA DI SIRINGHE –CON E SENZA AGO - PER LE ESIGENZE DELLE
U.O. DEI PP. OO. DELL’ASL DI PESCARA.**

CHIARIMENTO N. 1

QUESITO:

- lotto n. 6 – 6.1 Siringa monouso 1 ml senza ago – si chiede di specificare il tipo di cono se luer o luer lock
- Lotto n. 7 – rif. 7.1 e 7.2 – si chiede di specificare il tipo di cono se luer o luer lock

RISPOSTA: Le siringhe inerenti sia il lotto 6 che il lotto 7 devono avere cono luer.