

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO (ART. 59 D. LGS. N. 163/2006) PER LA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE E SISTEMI DI LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA”**

**CIG: 5188375E7B**

**CHIARIMENTI N. 2**

QUESITO N. 1. Quale sarà la metodologia di valutazione delle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale, art. 8 – Offerta Tecnica, al paragrafo “caratteristiche specifiche del sistema striscia e dello strumento di lettura”?

RISPONDEZA. NON È PREVISTA L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI TECNICI MA SOLTANTO LA VERIFICA DI IDONEITA', IN TERMINI DI RISPONDEZA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE.

QUESITO N. 2. Art. 8 – Specifiche Tecniche: le caratteristiche elencate e definite “minime” si intendono pena esclusione?

RISPOSTA . LE SPECIFICHE TECNICHE SI INTENDONO QUALI PARAMETRI DI IDONEITA, FATTA SALVA LA PROPOSTA DI PRODOTTI CON CARATTERISTICHE “EQUIVALENTI”, AI SENSO E CON LE MODALITA' DI CUI AL'ART. 68, COMMA 6, DEL d.Lgs 163/2006.

QUESITO N.3. Poiché i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato restringono le possibili offerte dei prodotti, si chiede come verrà gestito l'acquisto delle strisce relativamente a strumenti già in mano ai pazienti che non rispondessero a tutti i requisiti richiesti.

RISPOSTA. L'ART 8 DEL CAPITOLATO È STATO RETTIFICATO, ONDE NON RISULTANO SUSSISTERE LE CRITICITA' PAVENTATE.

Quesito n. 4. Nel Capitolato non viene specificato nulla in merito ai quantitativi degli strumenti, potete specificare dettagli?

RSPOSTA. Si riporta quanto previsto al punto 1.1 del Disciplinare. “1.1. CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO - L'accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare le quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall'Azienda senza muovere eccezioni di sorta, ciò nei limiti dell'importo dell'accordo quadro.