

**FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLE UU.UO. DEI PP. OO. DELL'ASL DI PESCARA.
CIG. 522923660E**

U.O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI:

Responsabile unico del procedimento Dr.ssa Tiziana Fulvia Petrella

Tel.085 4253018

Tiziana.petrella@ausl.pe.it

CHIARIMENTO N. 3

QUESITO: l'art. 4 CAMPIONATURA PRODOTTI OFFERTI IN GARA cita che le quantità di campioni da fornire sono:

- per i lotti 1-2-3-4-6-7-9-10-11: n 1 dispenser x ogni progressivo
- per il Lotto 5 : n.1 dispenser sia per le placche che per i relativi sacchetti colo, ileo ed uro da 65+/-5mm
- per il Lotto n.8 : n.1 dispenser sia per le placche che per i relativi sacchetti da 45+/-5mm
- per il Lotto n.12: n. 2 pezzi nel dispenser sia per la pasta che per la Polvere

chiediamo ai sensi dell'art. 72 comma 3 del D. Lgs. vo 163/06:

cosa intendiate per dispenser, in quanto tutti i prodotti da campionare per i Lotti sopracitati sono contenuti all'interno di scatole di cartone, mentre sia la Pasta che la Polvere offerti per i Lotti n.12 e 13 sono confezionati in tubi.

Chiediamo pertanto di precisare il n° dei pezzi da campionare per ogni Lotto/Progressivo e se sia possibile per motivi di ingombro inviare tale campionatura in buste, separate per ogni lotto, con all'interno la fotocopia dell'etichetta della confezione originale di vendita La campionatura verrà accompagnata da una Dichiarazione di conformità delle etichette presentate agli originali.

RISPOSTA: Per dispenser si intende il confezionamento secondario (scatola di cartone) contenente un numero precisato di dispositivi medici (placche, sacchetti...)

Per quanto concerne il numero di dispositivi da campionare si specifica quanto segue:

- **lotti 1, 2, 3, 4, 6,7,9,10:** almeno numero 5 pezzi per ogni progressivo
- **lotto 5:** almeno numero 5 placche da 65+/-5 e almeno numero 5 sacchetti rispettivamente da colo-ileo-uro stomia da 65+/-5
- **lotto 8:** almeno numero 5 placche da 45+/-5 e almeno numero 5 sacchetti rispettivamente da colo e ileostomia da 45+/-5
- **lotto 11:** almeno numero 2 set per irrigazione, almeno numero 5 coni e almeno numero 5 sacche di scarico
- **almeno numero 2 pezzi sia per la pasta che per la polvere**

Per i prodotti sterili, il confezionamento primario dovrà garantire le condizioni di sterilità.

I campioni dovranno essere inseriti in confezioni di vendita che, laddove non siano originali, dovranno contenere la fotocopia dell'etichetta della confezione originale di vendita, corredata da una Dichiarazione di conformità delle etichette presentate agli originali.