

**FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA
PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI
PESCARA**

CHIARIMENTI N. 1

RIF. : Punto 5.1 TABELLA A: Dispositivo di connessione tra sacca e set di somministrazione, compatibile con farmaci fotosensibili.

1. Descrizione_: Perforatore con cappuccio o altro sistema di protezione idoneo, filtro idrofobico da 0.2 μ con idoneo sistema di chiusura con valvola a protezione del filtro, per l'utilizzo su sacche/flaconi, in grado di perforare le membrane delle sacche/flaconi senza rilasciare frustoli.

Da questa descrizione si lascia intendere che tra la presa aria laterale del perforatore e il filtro antibatterico da 0,2 μ debba essere inserita una valvola unidirezionale che impedisca al farmaco di entrare accidentalmente in contatto con il filtro.

RISPOSTA. Per il primo quesito si intende semplicemente che sia protetto, senza nessuna valvola bidirezionale.

2. Descrizione_: Attacco luer lock microbiologicamente e meccanicamente chiuso che non permetta la fuoriuscita della preparazione anche dopo la disconnessione e garantisca la sterilità. Tubo in materiale compatibile con antiblastici compreso il paclitaxel e altri farmaci contenenti cromaphor e per farmaci fotosensibili, clamp scorrevole, raccordo luer lock con valvola unidirezionale e tappo.

Da questa descrizione si lascia intendere che la parte superiore del set debba terminare con un luer lock maschio che possa essere disconnesso dal perforatore. e che il perforatore deve essere equipaggiato di una valvola luer activated che ne preservi la fuoriuscita del farmaco e la sterilità*.

RISPOSTA. Il raccordo deve avere un sistema di protezione che una volta introdotto il farmaco e poi distaccata la siringa dal raccordo dallo stesso non ci sia nessuna fuoriuscita di farmaco.

3. Art. 6, pag. 9 del Capitolato Speciale.

La fideiussione provvisoria deve essere calcolata sul valore della base d'asta triennale o sul valore di gara ?

Vi chiediamo inoltre di volerci confermare che per la formulazione dei prezzi da offrire noi dobbiamo fare riferimento agli importi a base d'asta triennali e non al valore di gara.

RISPOSTA. IL DEPOSITO CAUZIONALE DEVE CALCOLARSI SUL VALORE TRIENNALE POSTO A BASE DI GARA, PER CIASCIN LOTTO DI PARTECIPAZIONE.

AL MEDESIMO VALORE DOVRA' FARSI RIFERIMENTO PER LA FORMULAZIONE DEI PREZZI DI OFFERTA (FORMULANDOLI AL RIBASSO).

2. Nel plico della documentazione tecnico-organizzativo è richiesta l'offerta economica senza prezzi con indicazione di CND e n° RDM.

Dato che il file excel predisposto è sprovvisto di tali colonne, possiamo aggiungerle noi al file excel ?

RISPOSTA. SI. IN ALTERNATIVA, E' POSSIBILE ALLEGARE FOGLI SEPARATI.

A tal proposito, chiediamo di chiarire se anche nell'Offerta economica (Busta C) è opportuno aggiungere 2 colonne per indicare CND e n° RDM di ogni dispositivo.

RISPOSTA. E' OPPORTUNO MA NON ESCLUDENTE.