

**FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, TECNOLOGIE E  
REAGENTI VARI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI ESAMI DI  
FARMACOTOSSICOLOGIA E VARIE, DA EFFETTUARSI PRESSO IL  
LABORATORIO ANALISI DEL P.O.**

**DELLA AUSL DI PESCARA**

**CHIARIMENTI N. 8**

1. Con riferimento alla gara di cui all'oggetto e relativamente al lotto 4 "Parametri e reagenti con metodi cromatografici" siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- Parametri riferimento n. 52-53-54-55 della tabella di cui al capitolato speciale: Cannabinodi siero e/o plasma, Cocaina siero e/o plasma, Amfetamine siero e/o plasma, Oppiacei siero e/o plasma in LC-M, i dosaggi si intendono su siero/plasma o su sangue intero?
- Parametro riferimento n. 75 della tabella di cui al capitolato speciale: esame di screening neonatale urinario, il dosaggio si intende su urina o su spot di sangue?

**RISPOSTA**

Come descritto a pagina 9, Art. 5 "SPECIFICHE DELLE FORNITURE" del Capitolato Speciale, le aziende partecipanti avendo presente l'importanza per la stazione appaltante delle performance prestazionali delle metodiche richieste per quanto riguarda il Recupero, la Sensibilità e la Specificità Analitica, si ribadisce che in tutte le "Metodiche Applicative", dove è indicato siero e/o plasma (riferimento n. 52-53-54-55), si intende chiaramente l'interesse sulla matrice Sangue e quindi il dosaggio su siero, plasma o sangue intero.

Nel caso di esami in cui non sono specificate matrici applicative, allo stesso modo, si potrà formulare qualsiasi proposta di dosaggio degli "Analiti" nelle "Metodiche Applicative" richieste che ne permetta l'esecuzione a norma secondo le indicazioni descritte e quindi nel riferimento n.75 il dosaggio si può intendere su raccolta di urina, urina nativa, su sangue intero, plasma, siero, spot di sangue ed altre matrici (esibire le eventuali prove scientifiche di equivalenza 'bibliografia').