

**LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI DEI PP.OO DELLA ASL DI PESCARA.**

**CHIARIMENTO N. 8**

1. Si prega di specificare il terreno richiesto per voce 53 (tamponi floccati cervicali) e 54 (tamponi floccati uretrali);

**R. IL TERRENO RICHIESTO È L'AMIES MODIFICATO.**

2. Si prega di specificare cosa si intende per "amies modificato" (vedasi chiarimenti forniti);

**R. PER AMIES MODIFICATO SI INTENDE L'AMIES IN FASE LIQUIDA.**

3. Si prega di specificare lunghezza del tampone di prelievo voci 51, 52, 53 e 54;

**R. CIRCA 12 X 140 MM.**

4. Si prega di specificare dimensioni della provetta di trasporto voci 51, 52, 53 e 54.

**R. CIRCA 12 X 140 MM.**

5. Si prega di specificare se per "manuale d'uso" (1.caratteristiche tecniche della fornitura) si intendono le IFU (istruzioni per l'uso) o le schede tecniche tradotte su carta intestata dell'azienda partecipante?

**R. PER MANUALE D'USO SI INTENDONO LE IFU.**

6. in riferimento alle voci 51, 53 e 54, considerato che il termine "Tamponi flocculati" identifica il prodotto di una specifica azienda, è possibile offrire prodotti con caratteristiche analoghe?

**R. SI POSSONO OFFRIRE PRODOTTI CON CARATTERISTICHE ANALOGHE.**