

**“PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL
D.LGS. 163/2006 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI
MEDICI PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DI UROLOGIA – GINECOLOGIA E
OCULISTICA DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA**

CHIARIMENTI

1. Quesito: Lotto Ginec. 72: Tubo di collegamento tra unità aspirante e cannula per aspirazione o altre apparecchiature - Relativamente al lotto n. 72 il diametro interno 9 mm circa è relativo al raccordo o alla cannula?

RISPOSTA: IL DIAMETRO 9MM CIRCA È RIFERITO AL DIAMETRO INTERNO DEL TUBO DI ASPIRAZIONE.