

**FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. PATOLOGIA NEONATALE –
CHIRURGIA TORACICA- ORL- TRAUMATOLOGIA DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA.**

Chiarimento n. 6

1. Per i lotti n. 1 – 2 – 6 – 11, sulle caratteristiche del prodotto chiedete “senza rilascio di ftalati”. Siamo a chiedere se i prodotti offerti devono essere privi di ftalati oppure no.

RISPOSTA: I DISPOSITIVI DI CHE TRATTASI NON DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE PRIVI DI FTALATI, POTREBBERO INFATTI CONTENERE FTALATI MA LA COSA IMPORTANTE È CHE NON LI RILASCINO.

SOLAMENTE PER LA SACCA DI RACCOLTA DEL KIT PER PARA/TORACENTESI È AMMESSO IL RILASCIO DI FTALATI.