



**PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI TRE O PIU' OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE, FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI SISTEMI E MEZZI PER OTORINOLARINGOIATRIA**

**CHIARIMENTI**

Quesito n. 1: Nei lotti 9, 10, 11 Voi chiedete sheeting di silastic misura 50x50 con vari spessori , si può presentare una misura base di 15 x 20 cm ritagliabile ma avendo gli stessi spessori?

**RISPOSTA: Si possono presentare anche misure diverse ritagliabili**

Quesito n. 2: con la presente Le chiedo se è possibile conoscere le misure del telo coprimicroscopio di cui al lotto 12 ed in particolare:

- diametro della lente,
- lunghezza,
- larghezza.

**RISPOSTA: misure telo microscopio: MD 115/300 cm diam. 6.50.**

**Il Direttore della UOC ABS  
Tiziana Petrella**