

**PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISTO DI
“UN SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE E MANIPOLAZIONE DI IMMAGINI MEDICALI
TRAMITE MONITOR AMPIO” PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI
NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA**

CHIARIMENTO N. 1

- 1. NEL CAPITOLATO TECNICO (LUOGO DI ESECUZIONE E DELLA FORNITURA)
VIENE ELIMINATO L'INCISO TRA PARENTESI : IL SISTEMA, ESSENDO
MOBILE DEVE POTER ESSERE SPOSTATO DA UNA SALA ALL'ALTRA.**

- 2. IL 4° PUNTO DELLE CARATTERISTICHE (LA FUSIONE AUTOMATICA IN TEMPO
REALE DI QUALSIASI DATO RADIOLOGICO TRIDIMENSIONALE (RMN, TAC,
PER, SPECT, ETC), VIENE MODIFICATA IN:

“ LA FUSIONE AUTOMATICA IN TEMPO REALE DI QUALSIASI DATO
RADIOLOGICO ANATOMICO O FUNZIONALE (RMN, TAC, PET, SPECT, ETC)
E LA POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONI TRIDIMENSIONALI DAI SINGOLI
ESAMI”**