

**FORNITURA DI FARMACI, RADIOFARMACI E PRODOTTI RADIOISOTOPICI  
PER USO DIAGNOSTICO IN VIVO; REAGENTI ISOTOPICI E NON ISOTOPICI  
E MATERIALE DI CONSUMO PER LA DIAGNOSTICA IN VITRO, NECESSARI  
ALLE AZIENDE SANITARIE DI PESCARA E CHIETI – LANCIANO – VASTO  
(P.O. DI CHIETI)**

**CHIARIMENTO N. 7**

1. nel capitolato speciale di gara , a pag. 9 , viene richiesta la fornitura gratuita della schermatura aggiuntiva al generatore Mo-Tc99m per garantire, a contatto, una intensità massima di esposizione di 3 Gy/h; le medicine nucleari sono dotate di celle di manipolazione e il generatore viene collocato all' interno dello strumento già schermato, pertanto è inutile l'approvvigionamento della schermatura aggiuntiva. Possiamo considerare nulla la richiesta?

**RISPOSTA: SI CONFERMA RICHIESTA DI SCHERMATURA AGGIUNTIVA.**

> - per il lotto 5 ( scintimun) vengono richiesti anticorpi monoclonali kits da marcare con tc-99m (1 fl), Cis Bio fornisce kit da 2 fiale . Possiamo considerare idoneo il confezionamento?

**RISPOSTA: SI**