

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” N.1 TC SIMULATORE
DA INSTALLARE PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA DELLA AZIENDA USL PESCARA**

DISCIPLINARE DI GARA

NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA): 5225479 – CIG 5349871535

CPV: 33151200

CHIARIMENTI

QUESITI

1. Si richiedono le caratteristiche strutturali e la portata del solaio della sala esame:

RISPOSTA:

- SOLAIO REALIZZATO CON TRAVETTI PREFABBRICATI PRECOMPRESSI, LATERIZI DI ALLEGGERIMENTO E GETTO IN CALCESTRUZZO DI COMPLETAMENTO IN OPERA,
- PORTATA: CARICHI ACCIDENTALI 300 KG/MQ.

2. Si chiede di precisare se la discontinuità nella numerazione della “ Documentazione tecnica da presentare a corredo dell’offerta”, all’art. 4 del Disciplinare di gara, sia un mero refuso o se ci siano altri documenti da inserire.

RISPOSTA. SI CONFERMA CHE NON CI SONO ALTRI DOCUMENTI DA INSERIRE, OLTRE QUELLI RICHESTI E RIPORTATI

3. Constatato che il punto 8 dell’art. 4 del Disciplinare di gara “ Documentazione tecnica da presentare a corredo dell’offerta” richiede di allegare la documentazione di cui all’Allegato, chiediamo di specificare dettagliatamente i documenti che devono essere presentati.

RISPOSTA. DOVRÀ ESSERE PRESENTATA UNA RELAZIONE CHE ILLUSTRÌ IN DETTAGLIO LE MODALITÀ CON CUI L’OFFERENTE EFFETTUERÀ LE ATTIVITÀ A SUO CARICO, IVI DESCRITTE OVVERO:

1. LA RIMOZIONE, RITIRO E TRASPORTO DELL’ATTUALE SIMULATORE INSTALLATO PRESSO IL MEDESIMO REPARTO (MARCA NUCLETRON, MODELLO SIMULIX-HQ, MATRICOLA DA1094).
2. LA REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO AFFERENTE AL LOCALE E DI MACCHINA
3. L’ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI NECESSARI PER L’ALLACCIAMENTO DEGLI IMPIANTI CITATI NEL PRESENTE CAPITOLATO O COMUNQUE NECESSARI PER DARE L’OPERA PERFETTAMENTE FUNZIONALE E FUNZIONANTE “CHIAVI IN MANO”.

4. Si segnala che le penali previste all'art. 11 del Disciplinare di gara e all'art. 6 dell'Allegato n. 5 – Contratto di manutenzione, non rispettano quanto previsto dall'art. 145 del DPR 207/2010.

RISPOSTA. GLI ARTICOLI RICHIAMATI VENGONO COSI ' RETTIFICATI:

A) NUOVO ART. 11 - PENALITA', CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE (DELL'ALLEGATO 1 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO)

Qualora l'aggiudicataria rifiuti di eseguire o non esegua le proprie prestazioni nei modi, nei contenuti e nei tempi stabiliti è considerata inadempiente e si provvederà in merito, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e dal Codice Civile.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, fatti salvi il risarcimento del maggior danno e la risoluzione contrattuale, sono:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancato rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma per la realizzazione complessiva delle lavorazioni e delle forniture	1 per mille dell'ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo dell'appalto. Penale applicata dall'Azienda Sanitaria Sanitaria su segnalazione della Direzione Lavorazioni.
FERMO IL RESTO	FERMO IL RESTO

B) NUOVO ART. 6 DELL'ALLEGATO N. 5 – CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Articolo 6 – Penali

6.1. Il ritardo dell'intervento tecnico su chiamata può essere sanzionato, di per sé e indipendentemente a quanto statuito dagli artt. 3 e 4 in rapporto ai tempi di "fermo macchina", con una penale di € 60,00 per evento. Il ritardo nella fornitura delle prestazioni programmate di manutenzione preventiva è di per sé sanzionato con una penale di € 100,00 per evento.

6.2. Con riferimento alle garanzie di cui all'articolo 4) l'inadempienza da parte del Servizio di Assistenza comporterà l'applicazione di una penale per ogni giorno di fermo macchina o di ritardo nell'intervento eccedente i limiti stabiliti, pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

6.3. Le penali di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 non possono, in ogni caso essere superiori, cumulativamente e giornalmente, all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale

La somma complessiva di tutte le penali applicabili non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del valore contrattuale complessivo.

6.4. Altre eventuali irregolarità accertate e previamente contestate e notificate tramite raccomandata A/R, saranno oggetto di applicazione di penale nella misura massima del 1 per mille del valore (e non meno di € 100,00) contrattuale, fermi restando i limiti sopra precisati.

6.5. - L'applicazione delle eventuali penali avverrà con riduzione di pari importo sulla prima successiva fattura in pagamento.

6.6. L'applicazione di ogni penale indicata è sempre intesa fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno accertato.

- 5. Si prega di chiarire la durata del contratto di manutenzione, di cui alla LETTERA F. PMANUT , DELL'ART. 5 "OFFERTA ECONOMICA DEL DISCIPLINARE DI GARA e le basi d'asta da applicare a ciascuna componente di prezzo b1 e b2, nella formula dell'art. 11 del Disciplinare di gara.**

RISPOSTA:

A. LA LETTERA F. PMANUT , DELL'ART. 5 "OFFERTA ECONOMICA DEL DISCIPLINARE DI GARA, VIENE COSÌ RETTIFICATO:

F. PMANUT = COSTO ANNUALE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI TIPO "FULL RISK APP. RADIOLOGICA NON CRITICA" (COME DA CONTRATTO DI MANUTENZIONE – ALLEGATO 5) PER TC E ATTREZZATURE ACCESSORIE CONTEMPLATE NELLA SCHEDA TECNICA – ALLEGATO 2A, PER IL PERIODO POST GARANZIA.

B. All'art. 11 del Disciplinare di gara, dopo la formula del prezzo, viene aggiunto quanto segue:

- Base d'asta per componente b1 = 600.000,00
- Base d'asta per componente b 2= 60.000,00

- 6. Si prega di confermare che il valore del contributo da corrispondere all'AVCP è pari ad € 70,00 (e non 375,00)**

RISPOSTA SI CONFERMA

- 7. Si prega di chiarire se il contratto di manutenzione post garanzia richiesto sia del tipo "full Risk apparecchiatura radiologia non critica" come indicato nel disciplinare di gara art. 5 punto f, o del tipo "manutenzione full risk apparecchiatura non critica" come indicato nell'allegato 5 – scheda di sottoscrizione delle condizioni di contratto già pre – compilato.**

RISPOSTA. SI CONFERMA CHE IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE POST GARANZIA RICHIESTO SIA DEL TIPO "FULL RISK APPARECCHIATURA RADIOLOGIA NON CRITICA" COME INDICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA ART. 5 PUNTO F.

D.SSA TIZIANA PETRELLA