

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” N.1 TC SIMULATORE
DA INSTALLARE PRESSO LA STRUTTURA COMPLESSA DI RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA DELLA AZIENDA USL PESCARA**

DISCIPLINARE DI GARA

NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA): 5225479 – CIG 5349871535

CPV: 33151200

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1.

Relativamente all'impianto elettrico si prega di confermare che sia a carico dell'Impresa Appaltatrice il solo onere di fornitura di un nuovo Quadro Elettrico a servizio della nuova apparecchiatura Simulatore TAC; qualora fosse a carico dell'Impresa Appaltatrice anche la realizzazione della linea elettrica si richiede di fornire le seguenti specifiche:

- 1) posizione e distanza dell'interruttore che alimenta il quadro elettrico a servizio del simulatore, la potenza e le caratteristiche del suddetto interruttore;
- 2) sezione della linea elettrica attualmente esistente a servizio del simulatore attualmente installato.

Si chiede di specificare l'altezza delle protezioni anti x poste sulle pareti della Sala Esame e di specificare se a soffitto è presente schermatura, indicandone l'eventuale spessore di piombo.

Si chiede di chiarire se l'apparecchiatura esistente dovrà essere smontata e dismessa, a carico della ditta aggiudicataria.

RISPOSTA:

SI CONFERMA CHE SONO A CARICO DELLA DITTA OFFERENTE/ AGGIUDICATARIA LE ATTIVITÀ' DI:

- 1. SMONTAGGIO, RITIRO E TRASPORTO DELL'ATTUALE SIMULATORE INSTALLATO PRESSO IL MEDESIMO REPARTO (MARCA NUCLETRON, MODELLO SIMULIX-HQ, MATRICOLA DA1094).**
- 3. LA REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO AFFERENTE AL LOCALE E DI MACCHINA.**

LA LINEA IN OGGETTO È IN PARTENZA DELLA CABINA N° 1, CON INTERRUETTORE DA 4X200A TARABILI, LA LINEA ELETTRICA È DA 4X25MMQ PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 100MT, ARRIVA SUL QUADRO DELLA STANZA, IL QUALE E SUBITO A RIDOSSO DEL GENERATORE ESISTENTE, CON UN INTERRUETTORE DA 4X63A SEZIONATORE PER GENERALE, A VALLE È INSTALLATO UN INTERRUETTORE MT 4X 63A PER GENERATORE CON LINEA DA 4X25MMQ, INOLTRE VI È A VALLE UN INTERRUETTORE MT DA 4X25A CON LINEA DA 4X6MMQ PER SIMULATORE.

D.SSA TIZIANA PETRELLA