



PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI TELI DA INCISIONE AD AZIONE BATTERICIDA A BASE DI SOLUZIONE IODOFORA. - CIG N. 5436959081 – SCADENZA 20 DICEMBRE 2013

CHIARIMENTI

*** QUESITO N. 1 ***

Nel Capitolato, la dimensione del secondo telo richiesto in gara, risulta essere pari alla dimensione della zona adesiva (telo cm 45x66, zona adesiva 45x66).

Riteniamo che vi sia un errore poiché la zona adesiva dovrebbe essere inferiore rispetto alle dimensioni del telo, in modo tale da consentire di applicare l'incision senza che lo stesso si attacchi al guanto del chirurgo, rendendolo così inutilizzabile.

RISPOSTA. TRATTASI DI ERRORE DI COMPILAZIONE. LE MISURE CORRETTE SONO:

CM 45 X 66 E ZONA ADESIVA 45 X 56.

Il Direttore della UOC ABS

Tiziana Petrella