



PROT. N. _____ PT DEL _____

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI (UNO PERCIASCUN LOTTO DI GARA) CON CUI STIPULARE UN UNICO ACCORDO QUADRO, DI DURATA ANNUALE, FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI CATETERI - VALORE ACCORDO QUADRO € 39.900,00, IVA ESCLUSA

- CIG: Z7E0DA71A9 – SCADENZA 4 MARZO 2014

CHIARIMENTO N. 1

1. In riferimento alla gara in oggetto volevamo chiedere se la specifica del materiale (ovvero "Silicone") sia obbligatoria, poiché la maggior parte dei PICC attuali vengono fabbricati in Poliuretano; inoltre chiediamo se la lunghezza totale richiesta ovvero 75/78 Cm può essere sostituita da cateteri con misura compresa tra 55/65 cm, considerando che per i PICC raramente si utilizzano misure superiori ai 40 cm.

RISPOSTA: I CATETERI DEVONO ESSERE IN SILICONE.

PER QUANTO CONCERNE LA LA LUNGHEZZA TOTALE, SENTITO IL PARERE DEGLI UTILIZZATORI, SI ACCETTANO MISURE DA 55 A 78 CM.

Il Direttore della UOC ABS
Tiziana Petrella