

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI COLONNE LAPAROSCOPICHE IN 3 D

CHIARIMENTI N. 3

1) Come da Art 68 del D.LGS. 163/2006, si richiede la possibilità di offrire un sistema che ottemperi in maniera equivalente o migliorativa ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Viene infatti richiesto da capitolato un sistema composto da testa di telecamera più due stereo-endoscopi 3D (sia da 30° che da 0°), mentre il nostro sistema integra questi tre elementi in un unico strumento compatto con CCD miniaturizzati e posti su una punta angolabile. Verrà allegata alla documentazione una relazione ad hoc per la dimostrazione della equivalenza del sistema.

RISPOSTA. LA PROPOSTA VERRA' VALUTATA, EX ART. 68, DEL D.LGS 16372006.

2) Essendo il nostro sistema compatto e leggero, non necessita per l'utilizzo di un braccio di supporto camera che aumenta solo la difficoltà di gestione di un sistema endoscopico in laparoscopia. Si richiede se bisogna comunque offrire il braccio di supporto camera o, visto che non è necessario grazie ad una tecnologia più evoluta, si può non offrire il prodotto giustificandone la scelta con apposita relazione.

RISPOSTA. SI CONFERMA LA NECESSITÀ DEL BRACCIO DI SUPPORTO.