

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI COLONNE LAPAROSCOPICHE IN 3 D

CHIARIMENTI N. 5

1. Con la presente, come da art. 68 del D.Lgs 163/2006, si richiede la possibilità di offrire una tecnologia equivalente o migliorativa ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tra le specifiche tecniche da Voi indicate viene richiesto nella testa camera e nella centralina un sistema di elaborazione immagini tipo 3CCD. Il sistema da noi proposto, così come altri sul mercato, presenta un sistema di elaborazione alternativo, in particolare di tipo CMOS. Tale tecnologia risulta essere assolutamente sovrapponibile per prestazioni alla tecnologia 3CCD con la stessa risoluzione richiesta e presenta, inoltre, alcuni vantaggi in termini di consumo e riscaldamento. Essendo le caratteristiche tecniche del Vs. Capitolato da considerarsi di minima, come indicato nell'Art 11 del Disciplinare di Gara relativo all'aggiudicazione, chiediamo che la predetta tecnologia CMOS possa essere ugualmente accettata e valutata.

RISPOSTA: Tali valutazioni saranno effettuate dalla Commissione giudicatrice, nel rispetto dell'art. 68, commi: 3, lettera b), 7 e 8. Si rammenta come, ai sensi del comma 6, l'operatore economico che intenda avvalersi della possibilità di offrire prodotti equivalenti, deve segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare all'offerta (documentazione tecnica), e a comprovare la ritenuta equivalenza.