

**FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO.  
DEI PP. OO. DELL'ASL PESCARA.”**

**CHIARIMENTI N. 3**

**QUESITO N. 3.** In merito a :

- *Lotto n. 21 compresse di tessuto non tessuto piegate 4 strati – sterili – senza filo di bario*
- *Lotto n. 22 compresse di tessuto non tessuto piegate 4 strati – sterili – senza filo di bario*

*Si chiede di conoscere:*

- *busta quante compresse debbano essere contenute in ogni singola busta,*
- *se intendete in busta singola e doppia,*
- *da quante buste devono essere i dispenser.*

**RISPOSTA.**

- **il numero delle compresse contenute in ogni singola busta deve essere 2**
- **tali compresse devono essere in busta singola**
- **i dispenser devono contenere massimo 50 buste**

**QUESITO N. 4.** *Sul Vs. Sito è stato pubblicato il chiarimento n. 2, ma non è presente il chiarimento n.1, si prega pertanto di pubblicarlo o inviarci una copia a questo indirizzo mail.*

**RISPOSTA. CI SCUSIAMO PER IL DISGUIDO E PUBBLICHIAMO IMMEDIATAMENTE**

**QUESITO N. 5.** *Lotto 4: nell'allegato A – Lotto 4 – nelle specifiche di confezionamento si legge testualmente: “In doppia busta nelle quantità indicate nella descrizione, con doppio talloncino per la tracciabilità con indicazioni per la facile identificazione del prodotto. ...Omissis”. Non ci risulta che siano riportati in alcuna descrizione i quantitativi richiesti per ciascuna singola doppia busta. Si chiede gentilmente di voler specificare il numero esatto di laparatomiche, compresse e tamponi richiesti per ciascuna doppia busta.*

**RISPOSTA: VEDASI RISPOSTA A QUESITO N. 3**

**QUESITO N. 6.** *relativamente al lotto 25 – cottonini sterili per neurochirurgia, la possibilità di offrire un prodotto la cui confezione contiene n. 200 pezzi, anche se nel file caratteristiche tecniche viene chiesta una confezione da massimo 100 pz., come anche evidenziato nella vostra documentazione “...con la finalità di conciliare le esigenze degli utilizzatori e l’interesse dell’Amministrazione ( e degli operatori economici) ad ottenere la più ampia partecipazione alla gara...”.*

**RISPOSTA. SI ACCONSENTE. TALE CARATTERISTICA SARA' OGGETTO DI VALUTAZIONE, PENALIZZANTE, ALL'INTERNO DELL'APPOSITO CRITERIO DI VALUTAZIONE**

**7. LOTTO 4** - *Mentre per tutti gli altri lotti di garza chiedete il filato e titolo standard 32/40 – 12/8, per le laparatomiche indicate un titolo 12/12.*

*Chiediamo conferma di poter offrire anche per le laparatomiche il titolo standard da F.U. ultima edizione 12/8*

**RISPOSTA: si conferma quanto già riportato nell'allegato tecnico**

**8. LOTTO 7, 21 e 22**

*Chiedete che le confezioni devono essere contenute in dispenser con presa facilitata.*

*Questa tipologia di prodotti, essendo senza RX e non destinati direttamente alla sala sono solitamente confezionati sul mercato in pratici astucci, senza il pretaglio per la presa facilitata.*

*Chiediamo la possibilità di poter offrire l'astuccio per questi prodotti anziché il dispenser, in modo da permettere la partecipazione a questi lotti a più aziende possibili, e tenendo in considerazione che per questi prodotti il dispenser rispetto all'astuccio non aggiunge nessun valore tecnico tale da porre preferenze all'utilizzo di un confezionamento rispetto all'altro.*

**RISPOSTA: LOTTO 7- 21 – 22 – si da la possibilità di offrire dispositivi contenuti in astucci(dispenser) , senza il pretaglio per la presa facilitata anche se questa risulta più pratica.**

**9. LOTTI 21 e 22**

*Chiedete compresse in TNT sterili, ma non indicate il numero di pezzi per busta.*

*Le compresse in TNT devono essere confezionate in busta singola da 5 pezzi cad.?*

**RISPOSTA: VEDASI RISPOSTA A QUESITO N. 3.**

**10. LOTTO 7**

*Chiedete i tamponi rotondi in TNT nella misura piccola, media e grande.*

*Essendoci diversi tipi di misure che possono rientrare in ciascuna delle 3 tipologie richieste, Vi chiediamo di essere più precisi, indicando il diametro che volete per ciascuna misura piccola, media e grande*

**RISPOSTA: IL DIAMETRO DEI TAMPONI DEVE ESSERE RISPETTIVAMENTE DI 25MM, 40MM, 60MM CIRCA**