

| MATERIALE DI CONSUMO   | LEICA | STERILFARMA | LABODIUS TRIA | BIOPTICA | ADA | CHEML | DECO | SANITEST   | COMPATI    | LP ITALIANA | NUOVA APTACA | EPPENDORF | CARLIERA REAGENTI | DID | KALTEK     | ALIFAX |
|--|-------|-------------|---------------|----------|-----|-------|------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|-----|------------|--------|
| 1 contenitore sterile per feci con spatola da 30 ml  |       | € 3.350,00  |               |          |     |       |      |            |            | NON IDONEA  | NON IDONEA   |           |                   |     | € 2.610,00 |        |
| 2 contenitore sterile per urinocolt. tappo a vite da 200 ml  |       | € 7.965,00  |               |          |     |       |      |            |            | NON IDONEA  | NON IDONEA   |           |                   |     | € 6.975,00 |        |
| 3 contenitore x raccolta urine 24h graduato con tappo  |       | € 6.983,20  | € 6.000,00    |          |     |       |      | € 7.500,00 |            | 5839,4      |              |           |                   |     | € 5.294,08 |        |
| 4 provette coniche con tappo (x urine) graduate etichettate su supporto in plastica                    |       | NON IDONEA  | € 9.250,00    |          |     |       |      |            |            |             |              |           |                   |     |            |        |
| 5 parafilm rotoli 50x75  |       |             | € 3.108,00    |          |     |       |      |            | € 6.487,50 |             | € 3.150,00   |           |                   |     | € 3.124,80 |        |
| 6 portaprovette in abs da 50 posti x provette 13x100 autoclavabili                                     |       |             | € 660,00      |          |     |       |      |            |            |             | NON IDONEA   |           | € 900,00          |     | € 514,80   |        |
| 7 portaprovette in abs da 50 posti x provette 16x100 autoclavab.                                       |       |             | € 660,00      |          |     |       |      |            |            | € 464,00    |              |           | € 900,00          |     | € 514,80   |        |
| 8 flaconi di glucosio da 75 gr/150ml per curva da carico glucosio                                      |       |             |               |          |     |       |      |            |            |             |              |           |                   |     |            |        |
| 9 provette polistirene cilindriche senza bordo 11x70 (tipo ria)  |       | € 7.800,00  | € 5.220,00    |          |     |       |      |            |            | € 6.300,00  |              |           | € 23.046,00       |     | € 5.580,00 |        |
| 10 provette polistirene 16x100 da 10 ml  |       | € 416,00    | € 256,00      |          |     |       |      |            |            | € 272,00    |              |           | € 504,00          |     | € 264,00   |        |
| 11 provette tipo falcon da 15 ml con tappo a vite graduate fondo conico sterili imbucati singolarmente |       | € 1.500,00  | € 1.350,00    |          |     |       |      |            |            |             | € 992,25     |           |                   |     | € 1.320,00 |        |



|    |  |             |               |             |            |        |            |             |             |             |              |           |                    |            |        |        |          |
|----|--|-------------|---------------|-------------|------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|------------|--------|--------|----------|
| 27 | veltrini coprioggetto 20x20  | NON IDONEA  | € 1.311,40    | € 2.574,00  | € 992,68   |        | € 2.310,00 | € 1.815,00  | € 3.320,00  |             |              |           |                    |            |        |        |          |
| 28 | veltrini portaoggetto tagliati e smerigliati 20x76 o 26x76   | € 13.436,28 | € 4.400,00    | € 9.395,10  | € 3.300,00 |        | € 4.356,00 | NON IDONEA  | € 12.240,00 |             |              |           |                    |            |        |        |          |
| 29 | veltrini per sedimento urinario a 10 posti con supporto  | € 16.470,00 | € 27.450,00   | € 14.350,50 |            |        |            | € 19.950,00 |             |             |              |           |                    |            |        |        |          |
| 30 | camera di nageotte   |             | € 360,00      |             |            |        |            |             |             |             |              | € 330,00  |                    |            |        |        |          |
| 31 | camera di burker a doppio reticolo   |             | € 180,00      |             |            |        |            |             |             |             |              | € 175,00  |                    |            |        |        |          |
| 32 | contasecondi   |             | € 300,00      | € 159,90    |            |        |            | € 192,00    |             |             |              | € 140,00  |                    |            |        |        |          |
| 33 | mortajo ceramica x frammentazione calcoli urinari  |             | € 67,50       |             |            |        |            |             |             |             |              | € 70,00   |                    |            |        |        |          |
| 34 | cilindro graduato in polipropilene da 250 ml   |             | € 82,50       |             |            |        |            | € 93,00     | € 108,00    | € 174,00    |              | € 139,20  |                    |            |        |        |          |
| 35 | cilindro graduato in polipropilene da 90 ml  |             | € 58,80       |             |            |        |            |             | € 54,00     | € 84,00     |              | € 77,40   |                    |            |        |        |          |
| 36 | cilindro graduato in polipropilene da 500 ml   |             | € 25,20       |             |            |        |            | € 120,00    | € 136,80    | € 228,00    |              | € 188,80  |                    |            |        |        |          |
| 37 | cilindro graduato in polipropilene da 100 ml   |             | € 67,20       |             |            |        |            | € 68,40     |             | € 111,00    |              | € 83,20   |                    |            |        |        |          |
| 39 | beker graduato in polipropilene da 500 ml  |             | € 54,00       |             |            |        |            | € 52,50     |             | € 213,00    |              | € 81,00   |                    |            |        |        |          |
|    | MATERIALE DI CONSUMO   | LEICA       | LABODIUS TRIA | BIOPTICA    | ADA        | CHEMIL | DASCO      | BARSTEST    | DAWATH      | LP ITALIANA | NUOVA APTACA | EPPENDORF | CARLOERBA REAGENTI | DID        | KALTEK | ALIFAX |          |
| 40 | ciotoline tipo hilachi in polistirene o equivalente da 3 ml  | € 928,80    | € 720,00      |             |            |        |            |             |             |             |              |           |                    |            |        |        | € 633,60 |
| 41 | cuvette in polistirolo per spettrofotometro da 1,5-1,6 ml  |             | € 300,00      |             |            |        |            |             |             |             |              |           | € 2.300,00         |            |        |        | € 310,00 |
| 42 | anse calibrate sterili in polipropilene con estremità ad anello e dalla parte opposta con punta da inoculo da 1 mcd confezione singola |             | € 780,00      |             |            |        |            |             |             |             |              |           |                    | NON IDONEA |        |        |          |



|    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| 54 | tamponi flocculati uretrali con medium di trasporto per prelievo e trasporto campioni sterili imbustati singolarmente |  |  |  |  |  |  |  |  | € 9.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € 1.368,00 | € 7.598,28 | € 1.740,00 | € 1.968,00 |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|

In data 19 marzo 2014, alle ore 16.00, la sottoscritta Tiziana Petrella, Presidente del seggio della gara, nonché RUP della procedura negoziata per cottimo fiduciario finalizzata all'individuazione di due o più operatori economici con cui stipulare un accordo quadro, di durata triennale, finalizzato all'aggiudicazione della fornitura di materiali di consumo per i Laboratori dei PP. OO. della ASL di Pescara, assistita dal dr. Marco Marchetti, in qualità di Segretario, procede all'apertura della terza seduta pubblica volta all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in parola. Sono presenti alla seduta i rappresentanti delle Ditte riportati nell'elenco allegato.

Preliminarmente, l'Autorità di gara rammenta che, nel corso della precedente seduta pubblica del 4 febbraio, veniva effettuato e disposto quanto segue:

- I prezzi offerti sono state riportati nella tabella allegata, da cui risultano, per ciascun articolo, le Ditte prime classificate.
- Dall'esame dei prezzi offerti, sono stati rilevati rilevanti scostamenti tra le offerte, tali da suscitare il dubbio che i prodotti offerti siano conformi alle specifiche richieste e, conseguentemente, siano confrontabili reciprocamente sul piano economico,
- L'Autorità di gare ha deciso, pertanto, di non procedere all'aggiudicazione provvisoria e di richiedere alla Commissione tecnica un ulteriore esame sugli aspetti rilevati;
- Stabilito che gli esiti di tali valutazioni e le conseguenti aggiudicazioni provvisorie, saranno disposte in ulteriore seduta pubblica, appositamente convocata.

L'autorità di gara comunica che la Commissione tecnica ha trasmesso la nota allegata, nella quale conferma gli esiti della precedente valutazione.

Ciò premesso, l'Autorità di gara segnala che, secondo quanto previsto nella lettera di invito:

*"Trattandosi di procedura in economia NON si applicherà il procedimento di individuazione automatica e valutazione dell'offerta anomala di cui all'art. art.86, comma 2, D.Lgs. 163/2006.*

*In ogni caso la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa."*

In relazione alle offerte prime classificatesi, l'Autorità prende e dà atto che le differenze sono da attribuirsi verosimilmente:

- a differenze qualitative dei prodotti offerti che, pure rilevate dalla Commissione, sono state giudicate ammissibili dalla Commissione tecnica in quanto rispettose dei requisiti minimi,
- a difformità di confezionamento, che, comunque, non hanno assunto rilievo ai fini della valutazione di idoneità tecnica.

Pertanto, l'Autorità di gara, ritiene potersi procedere all'aggiudicazione provvisoria, per ciascun lotto/voce di gara, a favore delle Ditte prime classificate, riportate nella tabella allegata.

La seduta viene chiusa alle ore 16,45.

Il presente verbale viene sottoscritto e consegnato, in copia, ai rappresentanti delle Ditte presenti in seduta sino a questo momento.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Tiziana Petrella



Marco Marchetti



Alessio Battale



In data 4 Febbraio 2014, alle ore 10,50, la sottoscritta Tiziana Petrella, Presidente del seggio della gara, nonché RUP della procedura negoziata per cottimo fiduciario finalizzata all'individuazione di due o più operatori economici con cui stipulare un accordo quadro, di durata triennale, finalizzato all'aggiudicazione della fornitura di materiali di consumo per i Laboratori dei PP. OO. della ASL di Pescara, assistita dal dr. Marco Marchetti, in qualità di Segretario, procede all'apertura della seconda seduta pubblica volta all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in parola. Sono presenti alla seduta i rappresentanti delle Ditte riportati nell'elenco allegato.

Preliminarmente, si procede alla lettura degli esiti della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione tecnica, riassunti nella tabella allegata.

Si procede, quindi, all'apertura delle offerte economiche e alla loro lettura, con riferimento alle offerte ritenute idonee, dando atto pubblicamente che:

- sino al momento antecedente l'apertura della presente seduta, sono state conservate nell'armadio chiuso a chiave, come precisato nel verbale della prima seduta pubblica del 21 Ottobre 2013;
- il plico unico in cui sono state inserite è integro e intatto.

L'Autorità di gara rammenta che, secondo quanto previsto dalla lettera di invito, l'aggiudicazione della gara – e, quindi, l'ammissione alla sottoscrizione dell'accordo quadro - avverrà, articolo per articolo, a favore della offerta più bassa, previo accertamento della rispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche sopra prescritte, attraverso l'esame delle schede tecniche e dell'altra documentazione.

I prezzi vengono riportati nella tabella allegata, da cui risultano, per ciascun articolo, le Ditte prime classificate.

Dall'esame dei prezzi offerti, vengono rilevati rilevanti scostamenti tra le offerte, tali da suscitare il dubbio che i prodotti offerti siano conformi alle specifiche richieste e, conseguentemente, siano confrontabili reciprocamente sul piano economico.

L'Autorità di gare decide, pertanto, di non procedere all'aggiudicazione provvisoria e di richiedere alla Commissione tecnica un ulteriore esame sugli aspetti rilevati.


Gli esiti di tali valutazioni e le conseguenti aggiudicazioni provvisorie, saranno disposte in ulteriore seduta pubblica, appositamente convocata.

La seduta viene chiusa alle ore 16,00.



Il presente verbale viene sottoscritto e consegnato, in copia, ai rappresentanti delle Ditte rimaste in seduta sino a questo momento.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Tiziana Petrella



Marco Marchetti



In data 21 Ottobre 2013, alle ore 11,30 , la sottoscritta Tiziana Petrella, Presidente del seggio della gara, nonché RUP della procedura negoziata per cottimo fiduciario finalizzata all'individuazione di due o più operatori economici con cui stipulare un accordo quadro, di durata triennale, finalizzato all'aggiudicazione della fornitura di materiali di consumo per i Laboratori dei PP.OO. della ASL di Pescara, assistita dal dr. Marco Marchetti, in qualità di Segretario, procede all'apertura della prima seduta pubblica. Sono presenti alla seduta i rappresentanti delle Ditte riportati nell'elenco allegato.

Preliminarmente, si dà atto che:

- Con avviso di gara n. 2557 del 31.7.2013 è stata avviata la procedura per cottimo fiduciario finalizzata all'individuazione di due o più operatori economici con cui stipulare un accordo quadro, di durata triennale, finalizzato all'aggiudicazione della fornitura di materiali di consumo per i Laboratori dei PP.OO. della ASL di Pescara,
- La lettera di invito ed i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito committente:www.aul.pe.it – sezione gare e appalti – sezione UOC ABS,
- entro il termine di scadenza fissato al 10 Ottobre 2013, sono pervenuti i plichi – offerta da parte di n. 17 Ditte, riportate nell'elenco allegato;
- il plico della Ditta Leica Microsystems risulta essere pervenuto in data 11 Ottobre 2013, come risulta dal timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo della ASL. Al riguardo, l'Autorità di gara prende e dà atto che:
  - o la data ultima di presentazione dell'offerta è coincisa con il 10 Ottobre, festa del Patrono della città di Pescara, data in cui l'ufficio protocollo della ASL è rimasto effettivamente chiuso,
  - o il corriere della Ditta ha effettivamente ed invano tentato di consegnare il plico dell'offerta in data 10 ottobre 2013,
  - o la consegna effettiva è, quindi, effettivamente avvenuta nella data subito successiva (11.10.2013),
  - o di tale evento la stazione appaltante non aveva dato alcuna informazione preventiva onde della mancata tempestiva consegna non può essere ritenuta responsabile la Ditta Leica Microsystem,

- l'offerta della Ditta Leica Microsystems viene, quindi, ammessa alla procedura in oggetto.

L'Autorità di gara procede, quindi, alla verifica della integrità dei plichi e alla correttezza del loro confezionamento. A riguardo, si dà atto che i plichi sono tutti, correttamente confezionati ed integri.

Si passa, quindi, alla loro apertura, per la verifica in ordine a:

- la loro completezza.
- la regolarità e completezza della documentazione amministrativa.

Gli esiti di tali operazioni sono di seguito rappresentati.

*Alm*  
*Alm*  
DITTA Leica Microsystems = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA Steril Farma = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA Laboindustria = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA Bio Optica = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

*Alm*  
DITTA A.D.A. = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA Chemil = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

*Alm*  
DITTA ID & CO = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA Sarstedt = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA Diapath = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA LP Italiana = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA Nuova Aptaca = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

*Alm*  
DITTA Eppendorf = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA Carlo Erba Reagenti = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA DID = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

DITTA Kaltek = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

*Alm*  
DITTA Biosigma = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. All'interno della documentazione amministrativa non è presente la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo AVCP. La Ditta viene, per questo ESCLUSA.

DITTA Alifax = Plico completo. Plichi interni correttamente confezionati. Documentazione amministrativa completa e regolare. Ditta AMMESSA.

*Alm*

Si procede, quindi, all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, al limitato fine di constatarne pubblicamente il contenuto. Si procede alla sigla, da parte del Presidente e del Segretario - alternativamente - dei fascicoli (laddove presenti) e dei fogli sciolti.

**DITTA Leica Microsystems = lotti di partecipazione 25, 26 27 e 28;**

**DITTA Steril Farma = lotti di partecipazione: 1-4, 9-13, 29, 40, 44-45, 48;**

**DITTA Laboindustria = lotti di partecipazione: 1-7; 9-19, 25 - 50, 52;**

**DITTA Bio Optica = lotti di partecipazione : 15-28, 32;**

**DITTA A.D.A. = lotti di partecipazione : 51, 53 e 54;**

**DITTA Chemil = lotti di partecipazione: 25 - 29, 48;**

**DITTA ID & CO = lotti di partecipazione: 15;**

**DITTA Sarstedt = lotti di partecipazione: n. 3;**

**DITTA Diapath = lotti di partecipazione: 5, 15, 16, 19-29, 48;**

**DITTA LP Italiana = lotti di partecipazione: Tutti esclusi: 4, 5, 8, 11 e 12, 14, 17 - 31, 33, 38, 42 e 43, 49 - 54; (partecipa a: 1-3, 6-7, 9-10, 13, 15, 32, 34-37, 39-41, 44-48)**

**DITTA Nuova Aptaca = lotti di partecipazione tutti esclusi: 4, 8, 16, 2- 24, 30 - 33, 38,**

**DITTA Eppendorf = lotti di partecipazione : 13 - 18;**

**DITTA Carlo Erba Reagenti = lotti di partecipazione : 5-7, 9-14, 16-18, 20 - 28, 30 - 31, 33 - 37, 39, 41, 44 - 48;**

**DITTA DID = lotti di partecipazione : 20 - 23, 42-43, 51-54;**

**DITTA Kaltek = lotti di partecipazione : tutti esclusi: 4, 8, 14, 17-18, 38, 42-45;**

**DITTA Alifax = lotti di partecipazione : 51 - 54;**


Si procede, quindi, immediatamente a porre tutte le offerte economiche in un unico plico il quale viene siglato sui lembi di chiusura e su questi viene apposto il nastro adesivo.

Il plico viene riposto nell'armadio nell'armadio chiuso a chiave - situato nella stanza della Responsabile dell'Ufficio - e la cui chiave è detenuta e custodita dalla medesima. Tutte le offerte tecniche vengono riposte in contenitori e custoditi dal RUP, in attesa di essere consegnate alla Commissione giudicatrice.

Il presente verbale viene sottoscritto anche dai rappresentanti delle Ditte presenti e consegnato, in copia, ai medesimi.



AUSL Pescara P.O. di Pescara  
Laboratorio Analisi Cliniche Pescara



Pescara 16 dicembre 2013

OGGETTO: relazione tecnica gara per fornitura di materiali di consumo per i Laboratori dei PP.OO. della AUSL di Pescara, avviso di gara n°2557 del 31 luglio 2013.

La commissione per la valutazione tecnica si riunisce nei giorni 28 novembre 2013 alle ore 9.00 e 16 dicembre 2013 alle ore 16.15 per effettuare la valutazione tecnica delle offerte della gara in oggetto.

Come premessa la commissione segnala per tutte le aziende concorrenti, che presentano offerta specifica, una diversa numerazione fra i lotti a partire dal Lotto n°37 da questo lotto si passa direttamente al lotto 39 saltando il lotto 38, pertanto nelle offerte proposte tutti i lotti successivi rispetto al lotto 37 risultano falsati di un numero in eccesso.

Ciò premesso riguardo le caratteristiche tecniche minime tutte le aziende che presentano offerta specifica per i vari lotti le soddisfano, con le seguenti eccezioni:

**Leika lotto 27** a fronte di una richiesta per i vetrini copri oggetto di dimensione 20 x 20 mm la stessa risponde offrendo vetrini di dimensione 22 x 22 mm

**Steril Farma** a fronte di una richiesta per il **lotto 4** di provette graduate per urine offre provette non graduate sottovuoto

**Bio-Optica** a fronte di una richiesta per il **lotto 17** di microtubuli sterili di volume 1.5 ml ne offre di volume 1.2 ml

**LP** a fronte di una richiesta per il **lotto 1** di contenitori per feci di volume 30 ml ne offre di volume 25 ml, la stessa per il **lotto 2** a fronte di una richiesta di contenitori per urine di volume 200 ml ne offre di volume 180 ml

**Nova Aptaca** per il lotto 1 offre contenitori di volume 25 ml e per il **lotto 2** contenitori di volume 150 la stessa per il **lotto 6** a fronte di una richiesta di porta provette per provette di diametro 13 mm ne offre di diametro 12 mm e per il lotto 28 a fronte di una richiesta di vetrini porta oggetto di dimensioni 20 x 76 o 25 x 76 ne offre di dimensione 25.5 x 75.5

**Carlo Erba lotti 22 e 23** a fronte di una richiesta di confezioni di volume 1000 ml ne offre di volume 2500 ml la stessa per il **lotto 40** dove si richiedono cuvette di volume 1.5, 1.6 ml non indica specificatamente il volume delle cuvette offerte anche se in apparenza le stesse sembrano soddisfare la richiesta

**DID lotti 41 e 42** a fronte di una richiesta di confezionamento singolo offre confezioni di 10 pezzi cadauna.

Cordiali saluti

La commissione tecnica Dr. Giancarlo Diorio, Dr. Mariano De Matteis, Dr. Luigi Clerico