

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI (UNO PER PER CIASCUN LOTTO DI GARA) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DI OROPEdia E GINECOLOGIA E DELLE ALTRE UU.OO. DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. SCADENZA: 13,00 del giorno 15 LUGLIO 2014

CIG: 5737383E37

U.O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI:

Responsabile unico del procedimento Dr.ssa Tiziana Fulvia Petrella

Tel.085 4253035 - e mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it

CHIARIMENTI N. 2

QUESITI TECNICI RELATIVI AL LOTTO 2:

- Progressivo 1 TELO CON APERTURA VARIABILE cm 50x75

QUESITO:

- 1) Si richiede di dare maggiori dettagli sulle dimensioni mancanti e sulla posizione della fessura adesiva.
- 2) Viene richiesto l'avvolgimento dei 2 teli con carta medicale?

- Progressivo 2 TELO CON APERTURA VARIABILE cm 75x100

QUESITO:

- 1) Si richiede di dare maggiori dettagli sulle dimensioni mancanti e sulla posizione della fessura adesiva.
- 2) Viene richiesto l'avvolgimento dei 2 teli con carta medicale?

RISPOSTA: TRATTASI DI TELO CHIRURGICO CON FORO ADESIVO AD APERTURA VARIABILE, LE DIMENSIONI DELL'APERTURA PER ENTRAMBI I PROGRESSIVI DEVONO ESSERE ALMENO CM 6 (ALTEZZA) X CM 8 (LUNGHEZZA).

LA FESSURA DEVE ESSERE AL CENTRO DEL TELO SIA PER IL PROGRESSIVO 1 CHE PER IL PROGRESSIVO 2.

NON È STATO RICHiesto L'AVVOLGIMENTO IN CARTA MEDICALE.

