

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO  
PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CON TECNICHE DI  
BIOLOGIA MOLECOLARE IN REAL TIME PCR - COD. CIG 573691298A**

***CHIARIMENTI N. 1***

1. DISCIPLINARE DI GARA - Art. 3 - Atti di gara - pag. 3

Elencate come documenti di gara anche il "Documento di valutazione dei rischi interferenziali". Non abbiamo riscontrato questo documento.

***RISPOSTA. NON SONO STATI RILEVATI RISCHI INTERFERENZIALI E LA DICITURA COSTITUISCE REFUSO.***

2. Mod. 1 - Istanza di Ammissione

Al vostro punto 25 chiede di indicare per quali attività ci si intende avvalere del subappalto. Avvalendoci del subappalto solo per l'attività di "Servizio di assistenza tecnica e manutenzione (scorporabile)" dobbiamo indicarlo in questa voce?

***RISPOSTA: SI***

3. Sempre in questo punto voi citate le voci 28.A) - 28.B) - 28.C) e 28.D. Noi abbiamo riscontrato solo le voci 28.a) . 28.b) e solo 28.D) manca la voce 28.C). Nessuna di queste rappresenta la nostra posizione. Cosa dobbiamo dichiarare?

***RISPOSTA: LE VOCI DI NON INTERESSE POSSONO ESSERE BARRATE***

4. Punto 35 e Punto 36

Richiedete attestazione SOA per realizzazione lavori e progettazioni. Ma noi non rientriamo in questa categoria in quanto siamo un'Azienda Commerciale e la Procedura di Gara è per la fornitura in service di un sistema analitico e l'appalto non prevede realizzazioni di lavori e progettazioni. Cosa dobbiamo fare? Possiamo depennare queste voci?

***RISPOSTA: LE VOCI DI NON INTERESSE POSSONO ESSERE BARRATE***

5. Punto 37

Richiedete di possedere il certificato di abilitazione ai sensi del DM 37/2008, per impianti. Ma noi non rientriamo in questa categoria in quanto siamo un'Azienda Commerciale e la Procedura di Gara è per la fornitura in service di un sistema analitico e l'appalto non prevede realizzazioni di lavori e progettazioni.

Cosa dobbiamo fare? Possiamo depennare questa voce?

***RISPOSTA: LE VOCI DI NON INTERESSE POSSONO ESSERE BARRATE***

6. Punto 38

Richiedete l'iscrizione alla CCIAA per le attività di fornitura di arredi tecnici di laboratorio o in alternativa di voler subappaltare tale fornitura. Ma noi non rientriamo in questa categoria in quanto siamo un'Azienda Commerciale e la Procedura di Gara è per la fornitura in service di un sistema analitico e l'appalto non prevede arredi tecnici di laboratorio.

Cosa dobbiamo fare? Possiamo depennare questa voce?

**RISPOSTA: LE VOCI DI NON INTERESSE POSSONO ESSERE BARRATE**

7. Punto A.2 del disciplinare di gara

Fate riferimento per l'importo ad un "Allegato A". Non abbiamo riscontrato tale allegato. A quale importo dobbiamo fare riferimento per la garanzia?

**RISPOSTA. LA GARANZIA DEVE ESSERE RAPPORATA ALL'IMPORTO QUINQUENNALE A BASE D'ASTA.**

8. Parte Tecnica - Richiedete che l'Offerta Tecnica venga siglata in ogni pagina e firmata sull'ultima.

Per quanto concerne la documentazione dei punti da B1 a B2 - che viene fornita in formato pdf su CD - si chiede se deve essere firmata sul cartaceo e poi scansionata come file pdf o è possibile utilizzare la firma digitale per ogni cartella?

**RISPOSTA : PUO' ESSERE ADOTTATA UNA DELLE DUE MODALITA'**

9. Capitolato Speciale - pag. 4

A pagina 4 scrivete che: " i controlli dovranno essere almeno su tre livelli..."

Cosa intendete per controlli su tre livelli?

**RISPOSTA: SI RETTIFICA CHE I CONTROLLI DOVRANNO ESSERE ALMENO SU DUE LIVELLI, AVENTI VALORI RISPETTIVAMENTE NELL'AMBITO DELLA NORMALITÀ E DELLA PATOLOGIA ED ESSERE IN QUANTITÀ IDONEA ALLE NECESSITÀ OPERATIVE".**

**I CONTROLLI SI RIFERISCONO A QUELLI EFFETTUATI PRIMA DELLA SEDUTA ANALITICA.**

10. Capitolato Speciale - pag. 8

Per ciascun prodotto viene richiesto: il peso di ogni confezione, in numero di contenitori etc etc

Per la nostra Azienda questi dati dipendono dai vostri ordini che immaginiamo ogni volta siano diversi. Cosa vi possiamo indicare?

**RISPOSTA. TRATTASI DI PRESCRIZIONI VALEVOLI PER LA FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

## 11. Offerta Economica

A pagina 15 richiedete sia al punto A) che al punto B) di indicare i canoni quinquennali. Dove possiamo inserire questo dato visto che la scheda dell'offerta economica riguardante il canone di noleggio e l'assistenza tecnica indica solo importi annui?

A pagina 16 richiedete al punto C) di indicare l'importo annuale dei reagenti. Dove possiamo inserire questo dato visto che la scheda dell'offerta economica dei reattivi riporta solo l'importo totale che è quinquennale?

***RISPOSTA. LO SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA VIENE RETTIFICATO E RIPUBBLICATO***

## 12. Schema Offerta Economica

Abbiamo riscontrato una incongruità tra la richiesta del "Capitolato Speciale" Art. 3 - Previsione dei consumi - pag. 9 e lo "Schema Economico Fornitura Reattivi". Nello specifico:

Nella "Previsione dei Consumi" :

- la voce 24 richiede: Analisi qualitativa per la ricerca del MRSA
- la voce 25 richiede: Analisi qualitativa per la ricerca di C.Difficile
- la voce 26 richiede: Analisi qualitativa per la ricerca di Pneumocystis
- la voce 27 richiede: Kit di retro trascrizione

Ma nello Schema Offerta Economica:

alla voce 24 viene richiesto: Analisi qualitativa per la ricerca di Pneumocystis

alla voce 25 viene richiesto: Kit di retro trascrizione

E NON ci sono più altre voci e cioè : Analisi qualitativa per la ricerca del MRSA e Analisi qualitativa per la ricerca di C.Difficile

A quale dei due schemi dobbiamo fare riferimento?

***RISPOSTA. LO SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA E' CORRETTO. VIENE RETTIFICATA, IN CONFORMITA', LA PREVISIONE DEI CONSUMI SUL CAPITOLATO SPECIALE CHE, PERTANTO, VIENE RIPUBBLICATO.***

13. Schema Offerta Economica - Schema Economico Fornitura Reattivi. Riportate il numero di sedute settimanali. Sono da intendersi Annuali?

***RISPOSTA: ESATTO***

## 14. Schema Offerta Economica - Schema Economico Fornitura Reattivi.

La vostra richiesta prevede analisi qualitative e quantitative. Dove inseriamo gli standard per le analisi quantitative ed i controlli positivi per le analisi qualitative? Possiamo aggiungere delle righe sotto la voce di pertinenza (es. Progressivo 1 ulteriore kit 1.1 etc) o possiamo aggiungere un foglio excell ulteriore per indicarvi tali reagenti ed il costo relativo che rientrerebbe a far parte della somma totale della fornitura?

***RISPOSTA. LE QUANTITA' RIFERITE A TALI TIPOLOGIE DI REATTIVI VANNO RIPORTATE ALLE COLONNE "M" E "O".***

## 15. Schema Offerta Economica

Nel Capitolato Speciale pagina 5 richiedete due strumenti automatici per estrazione. Uno principale ed uno di back up.

I due strumenti possono avere reattivi diversi. Come possiamo indicare queste voci nello Schema Offerta Economica, visto che il prospetto ha una sola riga?

**RISPOSTA: SONO AMMISSIBILI PREZZI DIVERSI PER I REATTIVI RIFERITI ALLO STRUMENTO DI BACK UP, SOLO SE INFERIORI A QUELLI RIFERITI ALLO STRUMENTO PRINCIPALE E, IN OGNI CASO, IL VALORE DELLA FORNITURA DEI REATTIVI – SOGGETTO A VALUTAZIONE ECONOMICA - E' QUELLO DERIVANTE DAI PREZZI DEI REATTIVI RIFERITI ALLO STRUMENTO PRINCIPALE.**

**I PREZZI DEI REATTIVI RIFERITI ALLO STRUMENTO DI BACK UP POTRANNO ESSERE INSERITI IN FOGLIO SEPARATO.**

16. Nel Capitolato Speciale pagina 4 punto 1.6) richiedete la fornitura di programmi VEQ. Dove possiamo inserire tali voci nello Schema Offerta Economica?

**RISPOSTA: POICHE' TALI FORNITURE SONO DA INTENDERSI QUALE FORNITURA "GRATUITA", LE RELATIVE VOCI POTRANNO ESSERE INSERITE NEL TERZO FOGLIO DELLO SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA.**

## 16. Parte Amministrativa

Compilazione vostro Mod. 1 - Istanza di ammissione

Essendo la nostra Azienda una S.P.A. con socio unico - persona giuridica - dove posso indicare i dati del "socio persona giuridica" visto che le scelte da voi indicate (punto 15 - 16 - 17 -18) non rispondono alla nostra posizione?

**RISPOSTA. LA VOCE 15 SI RITIENE CORRISPONSA ALLA VS POSIZIONE.**

**SI COGLIE L'OCCASIONE PER RIBADIRE CHE LE VOCI DA 35 A 38 COSTITUISCONO REFUSO E NON DEVONO ESSERE CONSIDERATE.**

## 17. Offerta Economica

Schema Offerta Economica - Schema Economico Fornitura Reattivi.

In merito alla Vostra Risposta di Chiarimenti n. 14 siamo a richiedere un ulteriore chiarimento.

Come da vostra indicazione gli eventuali standard (per le analisi quantitative) e i controlli (per le analisi qualitative) devono essere inseriti solo nelle colonne "M" ed "O" solo per la parte "Numero dei kit" e "Prezzo a kit".

In realtà questi kit hanno un loro nome commerciale, un loro codice, un loro confezionamento ed un loro prezzo e possono essere da voi ordinati in maniera autonoma ed indipendente rispetto al reagente principale anche in quantità e tempi diversi.

Si chiede pertanto di poter indicare questi componenti necessari ma indipendenti inserendo una riga sotto l'analisi principale a cui fanno riferimento e si legano.

**RISPOSTA. NULLA OSTA ALL'INSERIMENTO DI ULTERIORI INFORMAZIONI**

## 18. Schema Offerta Economica - Schema Economico Fornitura Reattivi.

In merito alla vostra risposta di chiarimenti n. 15 siamo a richiedere un ulteriore chiarimento.

*Volendo utilizzare il foglio separato - come da voi indicato - per specificare il nome commerciale, il codice ed il prezzo delle estrazioni per lo strumento di back up, si chiede come possiamo riportare anche solo l'importo totale dello schema nello Schema Offerta Economica principale dato che è disponibile solo una riga per le estrazioni dello strumento principale?*

**RISPOSTA. POSSONO ESSERE INSERITE RIGHE AGGIUNTIVE**

19. *Schema Offerta Economica - Schema Economico Fornitura Reattivi.*

*Qualora per l'estrazione con lo strumento principale fossero necessari più componenti come possiamo indicarli, dal momento che lo Schema Offerta Economica prevede una sola riga?*

**RISPOSTA. POSSONO ESSERE INSERITE RIGHE AGGIUNTIVE**

20. *Schema Offerta Economica - Materiale di Consumo in Sconto Merci*

*Dovendo dare del materiale di consumo in sconto merci e volendo indicare anche il confezionamento del prodotto e la quantità offerta nel quinquennio, dove possiamo indicare tali dati? Possiamo aggiungere altre colonne per meglio specificare i prodotti offerti?*

**RISPOSTA. POSSONO ESSERE INSERITE COLONNE AGGIUNTIVE**