

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI (UNO PER
PER CIASCUN LOTTO DI GARA) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT
PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DI OROPEdia E GINECOLOGIA E DELLE
ALTRE UU.OO. DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. SCADENZA: 13,00 del giorno 15
LUGLIO 2014**

CIG: 5737383E37

U.O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI:

Responsabile unico del procedimento Dr.ssa Tiziana Fulvia Petrella

Tel.085 4253035 - e mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it

CHIARIMENTI N. 8

1. LOTTO 4 – PROGRESSIVO 3 – CUFFIE PER INTENSIFICATORE DI BRILLANZA CM 75X90

Siamo a chiedere se trattasi di cuffia rotonda cm 75x90 (con una capacità di copertura di cm 75x45) o di sacchetto rettangolare cm 75x90 (con una capacità di copertura di cm 75x90). Vorremmo inoltre sapere se gli adesivi per la riduzione del volume (solitamente richiesti nei sacchetti) possono essere sfusi o devono essere già applicati alla copertura.

RISPOSTA: IL DISPOSITIVO DEVE PERMETTERE DI COPRIRE COMODAMENTE LE TESTE DEI NOSTRI AMPLIFICATORI DI BRILLANZA(CM75X90) A PRESCINDERE DALLA FORMA DI OGNI SINGOLA APPARECCHIATURA. INOLTRE GLI ADESIVI PER LA RIDUZIONE DEL VOLUME DEVONO ESSERE GIÀ APPLICATI ALLA COPERTURA.

2. nelle caratteristiche indicate nell'Allegato "A", 4° comma, sono richieste le etichette di tracciabilità almeno nel numero di due mentre nella composizione viene indicato il quantitativo di sei. Quale è il numero corretto di cui dobbiamo tener conto?

RISPOSTA. IL NUMERO CORRETTO E' "SEI ETICHETTE"

3. nella composizione del Custom Pack sono richieste n.5 compresse di garza di cotone ad 8 strati con bario. In oculistica, le compresse di garza utilizzate sono preferibilmente in TNT perché non rilasciano residui e soprattutto mai con bario (data la natura dell'intervento chirurgico). Chiediamo se si tratta di un refuso o se dobbiamo attenerci a quanto richiesto.

RISPOSTA: SI CONFERMA CHE TRATTASI DI REFUSO: LE GARZE DOVRANNO ESSERE IN TNT, SENZA FILO DI BARIO.

3. *il microbisturi richiesto per la faco (largh. 3,5mm x lungh. 2,75mm) non risulta essere adatto alle tecniche chirurgiche attuali.*

RISPOSTA. TRATTA EFFETTIVAMENTE DI REFUSO: IL MICROBISTURI RICHIESTO È DA 2.25 CIRCA MM.