

Procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di "Materiale per radiologia interventistica", per la UO di Radiologia del P.O. di Pescara.

CIG: 5739225E48 –

scadenza ore 13:00 del giorno 23 luglio 2014,

G.U.R.I. n. 51 del 07/05/2014.

CHIARIMENTI

1. Lotto no. 45:

Si richiede "Ago per radiofrequenza 17 G lungo 15 e 20 cm con possibilità di punta singola o ad uncini.

Dotato di sistema di posizionamento coassiale".

Vorrei sapere se implica l'obbligo di offrire l'ago a punta singola e ad uncini o trattasi di possibilità di selezionare la scelta dell'offerta. Si richiedono aghi elettrodi con sistema di raffreddamento? Il generatore per l'utilizzo di tali elettrodi deve essere differente per gli aghi a punta singola e gli aghi ad uncini?

RISPOSTA: SI RICHIEDONO SIA AGHI A PUNTA SINGOLA CHE AD UNCINI, POSSIBILMENTE CON SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO CON UNICO GENERATORE.

2. Lotti 17°, 17B, 17C: *la descrizione dei 3 lotti contiene solo indicazioni di misure dei prodotti richiesti. Per tutte le altre caratteristiche dobbiamo fare riferimento alla descrizione del lotto 17?*

RISPOSTA: Per le caratteristiche dei lotti 17 A), 17 B), 17 C) occorre fare si faccia riferimento alle descrizioni riportate nel lotto 17.

Lotto 17 A): non vengono specificati né la lunghezza né il tipo di punta richiesti. Si possono chiarire tali parametri?

RISPOSTA: PER IL LOTTO 17 A, LA LUNGHEZZA DELLA PUNTA DELLA GUIDA (OVVERO PARTE DISTALE FLESSIBILE) SIA PER LA CONFORMAZIONE J CHE PER QUELLA DRITTA , DEVE ESSERE DI LUNGHEZZA MASSIMA PARI A 3 CM CON UN DIAMETRO MASSIMO DELLA PUNTA PARI A 0.90 MM.

3. Lotti 20 21 22 23: *PER CIASCUNO DI QUESTI LOTTI VENGONO richieste delle lunghezze comprese in un intervallo molto ampio (esempio: Lotto 20 – lunghezze richieste da 45 a 300 cm).*

Essendo il costo delle guide molto differente in base alla lunghezza delle stesse, come dobbiamo regolarci per fare l'offerta?

Dobbiamo indicare un prezzo medio per tutte le lunghezze (indaginoso), oppure indicare per ciascuna di lunghezza il relativo prezzo?

RISPOSTA: LA DITTA INDICHI, IN SEPARATO FOGLIO, I PREZZI SINGOLI DI OGNI GUIDA RELATIVI ALLE VARIE LUNGHEZZE RICHIESTE E/O POSSEDUTE E/O OFFERTE E, ALL'INTERNO DELL'OFFERTA ECONOMICA, IL PREZZO MEDIO DELLE STESSE (OTTENUTO COME SOMMATORIA DEI PREZZI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI GUIDE/NUMERO DELLE TIPOLOGIE DI GUIDE).

4. Lotto 30 51 56 . la domanda è la medesima.

RISPOSTA. VEDASI RISPOSTA AL QUESITO PRECEDENTE.

5. Documentazione amministrativa: non viene fatta menzione all'AVCPass. Potete confermare che non è richiesto il PASSoe?

RISPOSTA: SI CONFERMA.

6. Le schede tecniche da presentare in gara, "firmate in originale" è inteso che debbano essere sottoscritte dal Legale 7. Rappresentante della ditta che presenta offerta, che nel ns. caso trattasi di "Rivenditore" dei prodotti offerti oppure devono essere sottoscritte dal Fabbricante/Produttore dei materiali offerti?

RISPOSTA. DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTE DAL PRODUTTORE O DAL FABBRICANTE (I DUE SOGGETTI POSSONO NON COINCIDERE)

7. Nella gara in oggetto risulta esserci un unico CIG e precisamente : 5739225E48, ma l'aggiudicazione, confermate che è a singolo Lotto e che le cauzioni provvisorie da costituire andranno a garantire ogni singolo Lotto di partecipazione? Il fatto che nel Disciplinare di gara si parli di accordo quadro, trattasi di refuso?

RISPOSTA: LA PROCEDURA E' VOLTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN UNICO ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA. LE CAUZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE SARANNO, TUTTAVIA, CALCOLATE SUI VALORI (A BASE D'ASTA E, SUCCESSIVAMENTE, DI AGGIUDICAZIONE), DI OGNI SINGOLO LOTTO.

8. Con riferimento al lotto n. 41, composto da un sistema composto da generatore + antenna percutanea, si richiede la possibilità di non presentare campionatura, confermando la disponibilità alla relativa presentazione in caso di effettiva richiesta da parte della Commissione giudicatrice. Si richiede, inoltre, se il generatore offerto debba essere nuovo di fabbrica.

***RISPOSTA: SI ACCONSENTE ALLA NON PRESENTAZIONE DELLA CAMPIONATURA, RISERVANDOSI, TUTTAVIA, LA RICHIESTA IN CASI DI ESIGENZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL GENERATORE DOVRA' ESSERE NUOVO DI FABBRICA.***

,